



.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-18/08

Tarnów, 2008-03-12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy implantów ortopedycznych.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Dotyczy : Pakiet Nr 1 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kaniulowanych częściowo gwintowanych z gwintem zakresie długości proponowanej przez producenta w zakresie od 12 mm do 16 mm oraz długości wkręta stopniowanej co 5 mm dla długości większych niż 3 0mm?

Pytanie Nr 2

Dotyczy : Pakiet Nr 3 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów do kości łódkowatej częściowo gwintowanych z gwintem o długości proponowanej przez producenta w zakresie od 8 mm do 14 mm oraz o długości wkręta stopniowanej co 5 mm dla długości większych niż 30 mm?

Pytanie Nr 3

Dotyczy : Pakiet Nr 3 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów do kości łódkowatej częściowo gwintowanych z gwintem o długości proponowanej przez producenta w zakresie od 14 mm do 22 mm oraz o długości wkręta stopniowanej co 5 mm dla długości większych niż 30 mm?

Pytanie Nr 4

Dotyczy : Pakiet Nr 7 poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drutu do wiązania odłamów o średnicy 0,8 mm, zamiast 0,9 mm?

Pytanie Nr 5

Dotyczy : Pakiet Nr 9 poz.3-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek podporowych do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, prawych i lewych, o długościach odpowiednio 5 otw. – 100 mm i 6 otw. – 116 mm, zamiast 5 otw. – 101 mm i 6 otw. – 117 mm?

Pytanie Nr 6

Dotyczy : Pakiet Nr 10 poz.3-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek wąskich o szerokości 10,2 mm, zamiast 11 mm?

Pytanie Nr 7**Dotyczy : Pakiet Nr 11 poz.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drutu Kirschnera gwintowanego gwintowanym końcem o długości 250 mm, zamiast długości 230 mm?

Pytanie Nr 8**Dotyczy : Pakiet Nr 13 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub stożkowych kaniulowanych dla 2,00 mm drutu prowadzącego, zamiast dla 1,5 mm drutu prowadzącego?

Pytanie Nr 9**Dotyczy : Ogólne warunki umowy pkt.8 a) i b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 0,5% wartości zamówionego towaru na 0,2% wartości zamówionego towaru?

Pytanie Nr 10**Dotyczy : Pakiet Nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wkrętów do kości gąbczastej fi 4,0 zamiast fi 3,5?

Pytanie Nr 11**Dotyczy : Pakiet Nr 9 poz.3 i 5**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania płytki 100 mm 5 otworowej zamiast 101 mm?

Pytanie Nr 12**Dotyczy : Pakiet Nr 9 poz.4 i 6**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania płytki 116 mm 6 otworowej zamiast 117 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz.1 również wkrętów kaniulowanych częściowo gwintowanych z gwintem w zakresie długości proponowanej przez producenta w zakresie od 12 mm do 16 mm oraz długości wkręta stopniowanej co 5 mm dla długości większych niż 30 mm.

Ad.2

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz.1 również wkrętów do kości łódkowatej częściowo gwintowanych z gwintem o długości proponowanej przez producenta w zakresie od 8 mm do 14 mm oraz o długości wkręta stopniowanej co 5 mm dla długości większych niż 30 mm

Ad.3

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz.2 również wkrętów do kości łódkowatej częściowo gwintowanych z gwintem o długości proponowanej przez producenta w zakresie od 14 mm do 22 mm oraz o długości wkręta stopniowanej co 5 mm dla długości większych niż 30 mm

Ad.4

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz.7 drutu do wiązania odłamów o średnicy 0,8mm zamiast 0,9 mm.

Ad.5

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz.3-6 również płytek podporowych do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, prawych i lewych, o długościach odpowiednio 5 otw. – 100 mm i 6 otw. – 116 mm.

Ad.6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz.1-3 płytek wąskich o szerokości 10,2 mm zamiast 11 mm.

Ad.7

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz.5 również drutu Kirschnera gwintowanego gwintowanym końcem o długości 250 mm.

Ad.8

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 poz.1 śrub stożkowych kaniulowanych dla 2,00 mm drutu prowadzącego.

Ad.9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy” podpunkt 8 a) i b). W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.10

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz.3 wkrętów do kości gąbczastej fi 4,0 zamiast 3,5.

Ad.11

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz.3 i 5 również płytki 100 mm 5 otworowe.

Ad.12

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz.4 i 6 również płytki 116 mm 6 otworowe.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a