



.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-19/08

Tarnów, 2008-03-13

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę zestawu oprzyrządowania do operacji artroskopowych.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Dotyczy : Załącznik Nr 2 pkt.2

Czy Zamawiający przez długość 175 mm rozumie długość całkowitą płaszcza artroskopowego i czy w związku tym Zamawiający dopuści długość roboczą płaszcza wynoszącą 120 mm?

Pytanie Nr 2

Dotyczy : Załącznik Nr 2 pkt.3

Czy Zamawiający podając długość 175 mm rozumie, że obturator ma być kompatybilny z długością oferowanego płaszcza?

Pytanie Nr 3

Dotyczy : Załącznik Nr 2 pkt.6 i 7

Czy Zamawiający dopuści narzędzia o średnicy 3,5 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuści również płaszczyk artroskopu o długości roboczej 120 mm.

Ad.2

Zamawiający wymaga aby oferowany obturator był kompatybilny z długością oferowanego płaszcza.

Ad.3

Zamawiający dopuści również kleszczyki artroskopowe typu "Duckbill" o średnicy 3,5 mm oraz nożyczki artroskopowe o średnicy 3,5 mm

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a