



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-25/08

Tarnów, 2008-03-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów, czepków, prześcieradeł, podkładów, obłożeń.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie czepka wiązanego na troki, pozostałe warunki bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Prosimy o wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji 8 – 14 i utworzenie z nich samodzielnej części.
3. **Dotyczy Pakietu nr 1 pozycje: 2, 3, 4, 11, 14.** Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia lub składania ofert na poszczególne pozycje w tym pakiecie?
4. **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z trzywarstwowej włókniny typu SMS, z rękawami z elastycznej dzianiny, wiązany na troki w rozmiarach zgodnych z wymogami Zamawiającego?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej w rozmiarach 150 x 200 cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej w rozmiarach 150 x 90 cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54g/m² (warstwa włóknina polipropylenowa oraz folia polietylenowa) o następującym składzie:
 - 1 serweta na stolik narzędziowy - 150 x 200 cm
 - 1 serweta samoprzylepna (głowa) - 150 x 240 cm
 - 1 serweta samoprzylepna (nogi) - 170 x 175 cm
 - 2 serwety samoprzylepne - 75 x 90 cm
 - 1 taśma samoprzylepna - 10 x 50 cm
 - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54g/m² (warstwa włóknina polipropylenowa oraz folia polietylenowa) o następującym składzie:
 - 1 serweta na stolik narzędziowy - 140 x 190 cm
 - 1 serweta na stolik Mayo - 80 x 145 cm
 - 2 serwety samoprzylepne - 75 x 90 cm
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna - 170 x 175 cm
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna - 150 x 240 cm
 - 1 taśma samoprzylepna - 10 x 50 cm
 - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do angiografii wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o następującym składzie: 1 serweta angiograficzna z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe Ø9 cm, o wymiarach 210 x 300 cm i z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego (lewa strona 60 x 300 cm)?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do angiografii wykonanego z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74g/m² o następującym składzie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm, 1 serweta angiograficzna z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe i z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego (lewa strona) o rozmiarach 210 x 280 cm., 1 mocowanie drenów 9 x 12,5 cm, 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 10.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów stawu biodrowego wykonanego z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74g/m² o następującym składzie:
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
1 serweta nieprzylepna (podkład pod biodro) 150 x 200 cm
1 serweta nieprzylepna 100 x 150 cm
1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 170 x 300 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 200 x 260 cm; wycięcie 6,5 x 95 cm
3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 11.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do artroskopii stawu kolanowego wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54g/m² (warstwa włókninowa polipropylenowa oraz folia polietylenowa) o następującym składzie:
1 serwetka na stół narzędziowy – 100 x 150 cm
1 serwetka na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się mankietem (Ø7 cm) 200 x 300 cm
1 serweta na stół Mayo -80 x 145 cm
1 osłona na kończynę – 33 x 55 cm
3 taśmy samoprzylepne – 10 x 50 cm
1 osłona na kamerę 13 x 250 cm
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 9.** Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia lub składania oferty na poszczególne pozycje w tym pakiecie?
14. **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.** Czy Zamawiający wymaga aby serwety sterylne składające się na obłożenia pól operacyjnych wykonane były z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min.60/g/m², nieprzemakalności min. 100 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa? Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia tych parametrów dokumentami wystawionymi przez Producenta materiałów użytych do produkcji przedmiotowych obłożeń?
15. **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 2 i 3.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet w kolorze niebieskim spełniających pozostałe wymogi SIWZ?
16. **Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 10.** Czy zamawiający dopuści zaoferowanie następującego zestawu:

- serweta o wymiarach 200 x 290 cm z wycięciem w kształcie litery U (9 x 100 cm), otoczonym taśmą samoprzylepną
 - serwetę o wymiarach 150 x 240 służącą jako ekran anestezyjologiczny,
 - ściereczki chłonne - 2 szt.
 - pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wym. 37 x 105 cm
 - taśmy lepne 10 x 50 cm – 3 szt
 - osłona stolika Mayo 80 x 140 - 1 szt.
 - kieszeń przylepna o wymiarach 2 x 15 x 40 cm - 1 szt.
- Całość owinięta w serwetę o wymiarze 150 x 200 cm, która może służyć jako przykrycie na stół instrumentalny - 1 szt.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 czepka wiązanego na troki.

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 1 pozycji 8 – 14.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 1 pozycji: 2, 3, 4, 11, 14 jak również nie wyraża zgodny na składanie ofert na poszczególne pozycje w tym pakiecie.

Ad. 4 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 sterylnej fartucha chirurgicznego wykonanego z trzywarstwowej włókniny typu SMS, z rękawami z elastycznej dzianiny, wiązanego na troki w rozmiarach zgodnych z wymogami Zamawiającego.

Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 również oferty na sterylną serwetę operacyjną w rozmiarach 150 x 200 cm.

Ad. 6 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 również oferty na sterylną serwetę operacyjną w rozmiarach 150 x 90 cm.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 4 obłożenia uniwersalnego wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54g/m² (warstwa włóknina polipropylenowa oraz folia polietylenowa) o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy - 150 x 200 cm
- 1 serweta samoprzylepna (głowa) - 150 x 240 cm
- 1 serweta samoprzylepna (nogi) - 170 x 175 cm
- 2 serwety samoprzylepne - 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna - 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Ad. 8 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 4 oferty również na obłożenie uniwersalne wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54g/m² (warstwa włóknina polipropylenowa oraz folia polietylenowa) o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy - 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo - 80 x 145 cm
- 2 serwety samoprzylepne - 75 x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna - 170 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna - 150 x 240 cm
- 1 taśma samoprzylepna - 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Ad. 9 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 5 oferty również na obłożenie do angiografii wykonane z włókniny dwuwarstwowej o następującym składzie: 1 serweta angiograficzna z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe Ø9 cm, o wymiarach 210 x 300 cm i z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego (lewa strona 60 x 300 cm).

Ad. 10 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 5 oferty również na obłożenie do angiografii wykonane z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74g/m^2 o następującym składzie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki $140 \times 190 \text{ cm}$, 1 serweta angiograficzna z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe i z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego (lewa strona) o rozmiarach $210 \times 280 \text{ cm}$, 1 mocowanie drenów $9 \times 12,5 \text{ cm}$, 2 ręczniki celulozowe $33 \times 33 \text{ cm}$, pod warunkiem, że serweta o rozmiarach 210×280 ma min. 210 cm od strony nóg do otworów.

Ad. 11 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 10 oferty również na obłożenie do zabiegów stawu biodrowego wykonane z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74g/m^2 o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki $140 \times 190 \text{ cm}$
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo $80 \times 145 \text{ cm}$
- 1 serweta nieprzylepna $75 \times 90 \text{ cm}$
- 1 serweta nieprzylepna (podkład pod biodro) $150 \times 200 \text{ cm}$
- 1 serweta nieprzylepna $100 \times 150 \text{ cm}$
- 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) $170 \times 300 \text{ cm}$
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” $200 \times 260 \text{ cm}$; wycięcie $6,5 \times 95 \text{ cm}$
- 3 taśmy samoprzylepne $10 \times 50 \text{ cm}$
- 4 ręczniki celulozowe $33 \times 33 \text{ cm}$

pod warunkiem, że do wyżej wymienionego składu dołożona zostanie osłona na kończynę.

Ad. 12 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 11 oferty również na obłożenia do artroskopii stawu kolanowego wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54g/m^2 (warstwa włókninowa polipropylenowa oraz folia polietylenowa) o następującym składzie:

- 1 serwetka na stół narzędziowy – $100 \times 150 \text{ cm}$
- 1 serwetka na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się mankietem ($\varnothing 7 \text{ cm}$) $200 \times 300 \text{ cm}$
- 1 serweta na stół Mayo – $80 \times 145 \text{ cm}$
- 1 osłona na kończynę – $33 \times 55 \text{ cm}$
- 3 taśmy samoprzylepne – $10 \times 50 \text{ cm}$
- 1 osłona na kamerę $13 \times 250 \text{ cm}$

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 2 pozycji 9 jak również nie wyraża zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje w tym pakiecie.

Ad. 14 Zamawiający wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 2 pozycje: 5, 10, 11 serwety sterylne składające się na obłożenia pół operacyjnych wykonane były z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m^2 , nieprzemakalności min. $100 \text{ cm H}_2\text{O}$, wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa , Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert potwierdzenia tych parametrów dokumentami wystawionymi przez Producenta materiałów użytych do produkcji przedmiotowych obłożeń.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 i 3 również serwet w kolorze niebieskim spełniających pozostałe warunki SIWZ

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza złożenie w Pakiecie Nr 2 poz. 10 również oferty na zestaw składający się z:

- serwety o wymiarach $200 \times 290 \text{ cm}$ z wycięciem w kształcie litery U ($9 \times 100 \text{ cm}$), otoczonym taśmą samoprzylepną
- serwety o wymiarach 150×240 służącą jako ekran anestezjologiczny,
- ściereczek chłonnych - 2 szt.
- pokrowca na kończynę wykonanego z nieprzemakalnego laminatu o wym. $37 \times 105 \text{ cm}$

- taśm lepnych 10 x 50 cm – 3 szt
 - osłony stolik Mayo 80 x 140 - 1 szt.
 - kieszeni przylepnej o wymiarach 2 x 15 x 40 cm - 1 szt.
- Całość owinięta w serwetę o wymiarze 150 x 200 cm, która może służyć jako przykrycie na stół instrumentalny - 1 szt.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a