



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-27/08

Tarnów, 2008-05-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na: dzierżawę zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego z analizatorami rezerwowymi i dostawami: odczynników, materiałów wzorcowych, kontrolnych, eksploatacyjnych do wymienionych systemów oraz dostawy testów do oznaczania prokalcytoniny i Borrelia Burgdorferii total wraz z dzierżawą aparatu.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy : Punkt V SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kwoty wadium. W specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia jest podana w całości, natomiast w Formularzu cenowym jest rozbita na pakiety.

2. Dotyczy : Załącznik Nr 1 – Formularz Cenowy

Prosimy o uściślenie, ile oznaczeń Troponiny, D-Dimerów i CK-MB zamierza Zamawiający wykonywać na immunologicznym analizatorze back-up? Czy podane w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1) ilości dla tych testów obejmują już ilości wykonywane na analizatorze back-up? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli Formularza Cenowego (Załącznik Nr 1) tak, aby możliwe było wpisanie oferowanych testów do analizatora back-up wraz z niezbędnymi materiałami?

3. Dotyczy : Załącznik Nr 1 – Formularz Cenowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła pomyłka w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1) na stronie nr 4, czy nie powinno to być sformułowanie o treści : „Materiały wzorcowe, kontrolne, eksploatacyjne oraz inne niezbędne do wykonania badań wymienionych w pozycjach 2-70(należy wymienić rodzaj i ilość, w razie potrzeby dodać kolejne pozycje)”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający wymaga wadium zgodnie z punktem V SIWZ tj. przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

- a) w przypadku złożenia oferty obejmującej całość zamówienia - w wysokości: 8.215 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście piętnaście złotych 00/100)
- b) w przypadku złożenia oferty w ramach pakietu - wartość wadium dla poszczególnych pakietów podana jest w Formularzu Cenowym - Załącznik Nr 1 niniejszej specyfikacji.

Ad.2

Podane w Pakiecie Nr 1 ilości oznaczeń w zakresie Troponiny, D-Dimerów i CK-MB obejmują również oznaczenia wykonywane na analizatorze back-up w ilości : Troponina – 100 oznaczeń, D-Dimery - 100 oznaczeń, CK-MB -100 oznaczeń. Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli Formularza Cenowego (Załącznik Nr 1), tak aby możliwe było wpisanie oferowanych testów do analizatora back-up wraz z niezbędnymi materiałami

Ad.3

Treść w Pakiecie Nr 1 w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1) na stronie nr 4 powinna być sformułowana : „Materiały wzorcowe, kontrolne, eksploatacyjne oraz inne niezbędne do wykonania badań wymienionych w pozycjach 2-70(należy wymienić rodzaj i ilość, w razie potrzeby dodać kolejne pozycje)”

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

