



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-29/08

Tarnów, 2008-04-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami i osprzętem.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1, Załącznik Nr 2.5 punkt.2

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, w której zaoferowane będą urządzenia, które posiadają możliwość 24h monitorowania rytmu RR pacjenta, z możliwością całkowitego zapisu EGM do 30 minut, w momencie gdy zaistnieją zaprogramowane przez prowadzącego chorego lekarza warunki, które rozpoczną taki zapis? Maksymalna długość jednego zapisu zmian w rytmie RR pacjenta wynosi do 4 minuty. Dodatkowo urządzenie ICD naszej firmy po podłączeniu za pomocą głowicy elektromagnetycznej do programatora umożliwia monitorowanie zapisów RR, prezentując wykres EGM tak długo jak urządzenie podłączone jest do programatora.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 4 poz.1 urządzenia, które posiadają możliwość 24h monitorowania rytmu RR pacjenta, z możliwością całkowitego zapisu EGM do 30 minut, w momencie gdy zaistnieją zaprogramowane przez prowadzącego chorego lekarza warunki, które rozpoczną taki zapis, z maksymalną długością jednego zapisu zmian w rytmie RR pacjenta do 4 minut oraz dodatkowo z możliwością monitorowania zapisów RR po podłączeniu urządzenia ICD za pomocą głowicy elektromagnetycznej do programatora.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a