



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-29/08

Tarnów, 2008-05-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy stymulatorów i kardiowerterów - defibrylatorów z elektrodami i osprzętem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Czy w Pakiecie Nr 2 pkt 6 Załącznika 2.2** Zamawiający dopuści stymulatory DDDR z szerokością impulsu A/V od 0,12 do 1,5 ms ?
2. **Czy w Pakiecie Nr 2 pkt 14 Załącznika 2.2** Zamawiający dopuści stymulatory DDDR z czułością przedsionkową od 0,18 mV?
3. **Czy w Pakiecie Nr 2 pkt 8 Załącznika 2.3** Zamawiający dopuści stymulatory VDDR z szerokością impulsu A/V od 0,12 do 1,5 ms?
4. **Czy w Pakiecie Nr 2 pkt 15 Załącznika 2.3** Zamawiający dopuści stymulatory VDDR z czułością przedsionkową od 0,18 mV?
5. **Czy w Pakiecie Nr 4 pkt 1 Załącznika 2.5** Zamawiający dopuści kardiowertery - defibrylatory jednojamowe o grubości 15,0 mm?
6. **Czy w Pakiecie Nr 4 pkt 2 Załącznika 2.5** Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory jednojamowe, które nie posiadają rejestracji zapisów RR w pamięci Holtera (24 godziny), ale posiadają zestaw danych klinicznych rejestrowanych przez urządzenie w ciągu ostatnich aż 14 miesięcy. W zakres gromadzonych danych wchodzi następujące parametry: częstość pracy serca w ciągu dnia i w ciągu nocy, odsetek stymulacji, aktywność pacjenta, zmienność częstości pracy serca oraz dodatkowo ilość epizodów VF/VT w ciągu dnia, a także częstość pracy komór w czasie tych epizodów. Dane te prezentowane są w sposób graficzny w postaci wykresów.
7. **Czy w Pakiecie Nr 4 pkt 3 Załącznika 2.5** - Zamawiający dopuści defibrylujące elektrody sterydowe dwukoilowe pasywne i aktywne?
8. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 4** kardiowerter-defibrylator jednojamowy ICD z okresem sterylizacji 6 miesięcy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 pkt 6 Załącznika 2.2 stymulatory DDDR z szerokością impulsu A/V od 0,12 do 1,5 ms.

Ad.2

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 pkt 14 Załącznika 2.2 stymulatory DDDR z czułością przedsionkową od 0,18 mV.

Ad.3

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 pkt 8 Załącznika 2.3 stymulatory VDDR z szerokością impulsu A/V od 0,12 do 1,5 ms.

Ad.4

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 pkt 15 Załącznika 2.3 stymulatory VDDR z czułością przedsionkową od 0,18 mV.

Ad.5

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 pkt 1 Załącznika 2.5 - kardiowertery - defibrylatory jednojamowe o grubości 15,0 mm.

Ad.6

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 4 pkt 2 Załącznika 2.5 - kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych, które nie posiadają rejestracji zapisów RR w pamięci Holtera (24 godziny).

Ad.7

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 pkt 3 Załącznika 2.5 defibrylujące elektrody sterydowe dwukoilowe pasywne i aktywne.

Ad.8

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 kardiowerter-defibrylator jednojamowy ICD z okresem sterylizacji 6 miesięcy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a