



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-31/08

Tarnów, 2008-04-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę: łóżek rehabilitacyjnych, szafek przyłóżkowych, wózków do przewożenia chorych, fotela ginekologicznego, wózków oddziałowych wielofunkcyjnych oraz materacy.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe (3 segmenty ruchome), z kątem uniesienia segmentu uda w zakresie 0-40° ?

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z metalowymi czołami szuflad i drzwiczkami, lakierowanymi proszkowo ?

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której drzwiczki i czoła szuflad wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 poz.2 łóżko czterosegmentowe (3 segmenty ruchome), z kątem uniesienia segmentu uda w zakresie 0-40°

Ad.2

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 poz.3 szafkę przyłóżkową z metalowymi czołami szuflad i drzwiczkami, lakierowanymi proszkowo.

Ad.3

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 poz.3 szafkę przyłóżkową w której drzwiczki i czoła szuflad wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a