



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-31/08

Tarnów, 2008-04-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę: łóżek rehabilitacyjnych, szafek przyłóżkowych, wózków do przewożenia chorych, fotela ginekologicznego, wózków oddziałowych wielofunkcyjnych oraz materacy.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści w ofercie szafki drewniane w kolorze buk lub innym drewnopodobnym ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych długość 2150 mm, szerokość 745 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości leża za pomocą pompy hydraulicznej ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców do 30° ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści koła jezdne z tarczą poliamidową oraz bieżnią poliuretanową ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** W jaki sposób szczyty łóżka mają być wyjmowane z ramy leża (po odkręceniu pokręteł czy szybko wyjmowane)?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuszcza, aby pokrowce uszyte były w taki sposób aby zespały materac zmiennociśnieniowy ze spodnim matercem szpitalnym i całość zamykały zamkiem błyskawicznym?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Jakiej gęstości pianki PU wymaga Zamawiający (kg/m³)?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Wzdłuż ilu boków mają być zapinane pokrowce zamkiem błyskawicznym ?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy zamek błyskawiczny ma być osłonięty tzw. zapadką?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Na jaką temperaturę mają być odporne pokrowce:
 - gotowanie 95 stC,
 - suszenie i sterylizacja termiczna 135 stC
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga wózka z leżem opartym na konstrukcji kolumnowej ?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuszcza wózek do przewożenia chorych o długości 2040 mm i szerokości 810 mm?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga wózka z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 620-940 mm dokonywaną pedałem nożnym?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga tworzywowej obudowy podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem na butlę z tlenem?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 szafek drewnianych.

Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 wózka o długości 2150 mm i szerokości 745 mm.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 wózka z regulacją wysokości leża pomocą pompy hydraulicznej.

Ad.4 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 wózka z regulacją oparcia pleców do 30°.

Ad.5 Wózki oferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 4 winny mieć koła zgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ - Załączniku Nr 2.4. punkty 7 i 8.

Ad.6 Łóżka rehabilitacyjne oferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 winny mieć szybko wyjmowane szczyty łóżka z ramy leża.

Ad.7 Zamawiający nie dopuszcza aby pokrowce materacy ujętych w Pakiecie Nr 4 były uszyte w taki sposób aby zespały materac zmiennociśnieniowy ze spodnim matercem szpitalnym i całość zamykały zamkiem błyskawicznym.

Ad.8 Zamawiający wymaga aby materace ujęte w Pakiecie Nr 4 były z pianki poliuretanowej o gęstości min. 25 kg/m³.

Ad.9 Zamawiający nie ma wymagań co do ilości boków wzdłuż których pokrowce na materace oferowane w Pakiecie Nr 4 winny mieć zamek błyskawiczny. Pokrowiec winien się łatwo zdejmować.

Ad.10 Zamek błyskawiczny w pokrowcach materacy oferowanych w Pakiecie Nr 4 może ale nie musi być osłonięty tzw. zapadką.

Ad. 11 Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ – Załącznik Nr 2.7 pokrowce materacy oferowanych w Pakiecie nr 4 winny być odporne na temperaturę prania 90°C z użyciem środków dezynfekcyjnych.

Ad. 12 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 1 poz. 4 wózka spełniającego parametry określone w SIWZ – Załącznik Nr 2.4.

Ad.13 Zamawiający dopuszcza złożenie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 oferty na wózek o długości 2040 mm, nie dopuszcza natomiast szerokości wózka 810 mm.

Ad.14 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 4 wózka z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 620 – 940 mm dokonywaną pedałem nożnym.

Ad.15 Zamawiający wymaga wózka spełniającego parametry określone w SIWZ – Załącznik Nr 2.4.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a