



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-31/08

Tarnów, 2008-04-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę: łóżek rehabilitacyjnych, szafek przyłóżkowych, wózków do przewożenia chorych, fotela ginekologicznego, wózków oddziałowych wielofunkcyjnych oraz materacy.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją CPR?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający wymaga/dopuszcza łóżko wyposażone w funkcję Trendelenburga ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi opuszczanymi w dół łóżka co zapewnia brak przerw transferowych podczas eksploatacji łóżka w warunkach szpitalnych ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie i środki dezynfekcyjne ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami w kolorze białym?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listwy odbojowej wzdłuż ramy łóżka?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści materac w kolorze innym niż beżowy?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1109 mm przy podniesionych barierkach bocznych i 9300 mm przy opuszczonych barierkach?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2286 mm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 840 mm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 560 mm?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą drzwiczki, czoła szuflad oraz blat wykonane z tworzywa HPL?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o długości 2108 mm i szerokości 813 mm?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny posiadający regulację wysokości w zakresie 650-950 mm?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z kołami jezdny nie zamkniętymi w obręczy metalowej, ale także przystosowanymi do jazdy poza budynkiem szpitala?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 łóżko czterosegmentowe (3 segmenty ruchome).

Ad.2 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 łóżko z funkcją CPR.

Ad.3 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 łóżko wyposażone w funkcję Trendelenburga.

Ad.4 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 łóżko z barierkami bocznymi opuszczanymi w dół łóżka

Ad.5 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 łóżko ze szczytami wykonanymi z tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie i środki dezynfekcyjne.

Ad.6 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 łóżka ze szczytami w kolorze białym.

Ad.7 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 łóżko bez listwy odbojowej wzdłuż ramy łóżka pod warunkiem, że posiadało będzie 4 krążki odbojowe w narożnikach leża.

Ad.8 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 materac w kolorze innym niż beżowy, ale z wyłączeniem koloru białego.

Ad.9 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 łóżka o szerokości 1109 mm przy podniesionych barierkach bocznych i 930 mm przy opuszczonych barierkach.

Ad.10 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 łóżka o długości 2286 mm

Ad. 11 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 3 szafkę o wysokości 840 mm.

Ad. 12 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 3 szafkę o szerokości 560 mm.

Ad.13 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz. 3 szafkę posiadającą drzwiczki, czoła szuflad oraz blat wykonane z tworzywa HPL w kolorze buk, drewnopodobnym lub innym.

Ad.14 Zamawiający dopuszcza złożenie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 oferty na wózek o długości 2108 mm, nie dopuszcza natomiast szerokości wózka 813 mm.

Ad.15 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 fotel ginekologiczny posiadający regulację wysokości w zakresie 650-950 mm

Ad. 16 Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ – Załącznik Nr 2.4 koła jezdne wózka do przewożenia chorych winny być w obręczach metalowych, przystosowane do jazdy poza budynkiem szpitala.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega dotychczasowy termin składania ofert z dnia 21 kwietnia 2008r godz. 9⁵⁵ na dzień **23 kwietnia 2008r godz. 9⁵⁵**, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 kwietnia 2008r. godz. 10⁰⁰**.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a