



.....
.....

AE/ZP-27-34/08

Tarnów, 2008-05-09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-34/08

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na **dostawę barwacza automatycznego preparatów histologicznych** dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrana została oferta Firmy:

ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski, ul.Szewska 3, 32-005 Niepołomice, woj. małopolskie

Cena wybranej oferty: **55 640,00** zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100), w tym cena netto: **52 000,00** zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), siedzibę i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy
I	KENDROMED Sp. z o.o., ul.Sołtysowicka 25a, 51-168 Wrocław, woj. dolnośląskie
II	HYGECO Polska Sp. z o.o., ul.Partyzantów 34, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
III	ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski, ul.Szewska 3, 32-005 Niepołomice, woj. małopolskie

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena	Razem
Oferta Nr I	329,10	329,10
Oferta Nr III	500,00	500,00

**Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone
- sprawa AE/ZP-27-34/08 :**

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na **dostawę barwiacza automatycznego preparatów histologicznych**, iż:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **HYGECO Polska Sp. z o.o., ul.Partyzantów 34, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie** (dalej Wykonawca) :

– zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wymagane parametry techniczne barwiacza automatycznego” w poz. 6 należało zaoferować minimum 4 stacje ogrzewane - Wykonawca zaoferował 2 stacje podgrzewane, co jest niezgodne z wymogami określonymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ . W związku z powyższym oferta została odrzucona.

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a