



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-38/08

Tarnów, 2008-05-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dzierżawę analizatora hematologicznego 5 diff wraz z wyposażeniem i dostawami: odczynników, materiałów: kontrolnych, wzorcowych i zużywalnych; dzierżawę systemu automatycznej analizy moczu wraz z dostawami: odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych niezbędnych do wykonania badań; dostawy: odczynników, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych do analizatora Axsym-Abbott; dzierżawę automatycznego systemu do oznaczania OB z próbek EDTA stosowanych do oznaczania morfologii oraz dostawy niezbędnych materiałów: kalibrujących, kontrolnych zużywalnych oraz odczynników.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny z możliwością przełączenia z 5 diff (wydajność 45 oznaczeń/h) na 3 diff (wydajność 60 oznaczeń/h)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 analizatora hematologicznego z możliwością przełączenia z 5 diff na 3 diff ale wydajność analizatora przy pracy na 5 diff jak i 3 diff musi wynosić minimum 90 oznaczeń/h (tak jak zapisano to w Załączniku Nr 2.1 do SIWZ).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a