



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-40/08

Tarnów, 2008-05-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, przyrządy do przetoczeń, wkłucia centralne i do dializ, przyrządy do pobierania płynu infuzyjnego, gruszki, smoczki, osłonki na głowice USG).

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bez dodatkowego portu bocznego ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia?

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6

Czy Zamawiający poprzez „zastawkę jednokierunkową” rozumie zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?

3. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-2

1. Czy kaniula ma posiadać m.in. cztery paski radiocienujące?
2. Czy kaniula do wlewów dożylnych z portem posiadająca automatyczny zatrząsk na końcu mandrynu ma być wyposażona w zabezpieczenie przeciw rozpryskiwaniu się krwi w postaci systemu kapilar, co chroni personel przed ewentualnym kontaktem, ochlapaniem się krwią?
3. Prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylnych z rozwiązaniem równoważnym do filtra hydrofobowego w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?

4. Dotyczy Pakietu Nr 23

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego wyposażony w filtr bakteryjny 5 µm?

5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych wykonane z teflonu (FEP), spełniające pozostałe wymagane parametry ?

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 22G/25mm/0,8mm?

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 20G/32-33mm/1,0mm ?

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 18G/32-45mm/1,2mm ?

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 16G/45mm/1,7mm ?

10. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1-6

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule nie zawierały lateksu, co ma być potwierdzone na każdym pojedynczym opakowaniu kaniuli?

11. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1-6

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały na opakowaniu jednostkowym oryginalnie nadrukowane napisy informacyjne oraz ostrzegające w języku polskim zgodnie z ustawą o Wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku (w rozdz. 2, art.4, pkt.5) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (załącznik nr 1 do Rozporządzenia, część II, punkt 13,3)?

12. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.1 i 3

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały przezroczystą, elastyczną komorę kroplową wolną od PCV ?

13. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.1 i 3

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce na kolec igły biorczej po zakończonej infuzji?

14. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.1 i 3

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przyrządy nie zawierały lateksu?

15. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wlewów dożylnych 16G 1,7 x 45mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

16. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.6

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji kaniule o rozmiarze 1,7mm/45mm/16G pozostałe parametry bez zmian ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 poz.1 kaniuli bez dodatkowego portu bocznego ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia

Ad.2

Zamawiający podtrzymuje w Pakiecie Nr 1 poz.1-6 zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania kaniuli do wlewów dożylnych z dodatkowym portem iniekcyjnym (bocznym) z zastawką jednokierunkową uniemożliwiającą cofanie się płynów oraz stałym koreczkiem/ zatyczką

Ad.3

1. Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 poz.1-2 kaniule do żył obwodowych posiadające więcej niż. cztery paski radiocienujące

2. Zamawiający dopuszcza również, aby w Pakiecie Nr 3 poz.1-2 kaniule do żył obwodowych z portem posiadające automatyczny zatrząsk na końcu mandrynu, wyposażone były w zabezpieczenie przeciw rozpryskiwaniu się krwi w postaci systemu kapilar, co chroni personel przed ewentualnym kontaktem, ochlapaniem się krwią.

3. Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 poz.1-2 kaniule do żył obwodowych z rozwiązaniem równoważnym do filtra hydrofobowego w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia

Ad.4

Zamawiający podtrzymuje w Pakiecie Nr 23 zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania sterylnego przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,45 mm zapewniający jałowość płynu minimum 24 godz.

Ad.5

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz.1-6 kaniule do wlewów dożylnych wykonane z teflonu (FEP), spełniające pozostałe wymagane parametry.

Ad.6

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz.2 kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 22G/25mm/0,8mm.

Ad.7

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz.3 kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 20G/32-33mm/1,0mm.

Ad.8

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz.4 kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 18G/32-45mm/1,2mm.

Ad.9, 15 i 16

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz.6 kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 16G/45mm/1,7mm.

Ad.10

Zamawiający wymaga, aby oferowane w Pakiecie Nr 1 poz.1-6 kaniule nie zawierały lateksu. Wymagania dotyczące opakowań zawarto w odpowiedzi na pytanie Nr 11.

Ad.11

Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia warunków określonych w ustawie o Wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku (w rozdz. 2, art.4, pkt.5) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (załącznik nr 1 do Rozporządzenia, część II, punkt 13,3).

Ad.12

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 8 poz.1-3 przyrządy posiadały przezroczystą, elastyczną komorę kroplową wolną od PCV.

Ad.13

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 8 poz.1-3 przyrządy posiadały zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce na kolec igły biorczej po zakończonej infuzji.

Ad.14

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 8 poz.1-3 przyrządy nie zawierały lateksu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a