SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

…………………………………………

…………………………………………

Znak: AE/ZP-27-42/08 Tarnów, 2008-05-15

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycje 2 i 3.** Czy Zamawiający wymaga aby rurki posiadały znacznik w postaci grubego czarnego ringu, dobrze widocznego pod kontrolą laryngoskopu?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne zgodne z opisem SIWZ o średnicach wewnętrznych rurki 6,4 ; 7,6; 8,9?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Czy haczyk na ostrogę ma posiadać znacznik RTG, ułatwiający precyzyjne umieszczenie rurki w ostrodze tchawicy?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 7.** Czy Zamawiający dopuści rurki Guedella nr 2 długość 70 mm, nr 3 długość 80 mm, nr 4 długość 90 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści sterylne prowadnice do rurek intubacyjnych nr 6 długość 280 mm dla rurek od 2,5 do 5,5 nr 10 długość 350 dla rurek od 4 do 6 oraz nr 14 długość prowadnicy 350 mm dla rurek powyżej 5?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 9** Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dren do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, miał średnicę min. 4 mm, co pozwoli na efektywniejsze odsysanie?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści prowadnice jednorazowego użytku?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 pozycja 2.** Czy Zamawiający wymaga filtra mechanicznego dla dorosłych o skuteczności nawilżania minimum 34mg H_2O/l przy objętości oddechu pacjenta 500 ml?
9. **Dotyczy : Pakiet Nr 4 pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z niewydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, ale o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania powyżej 31,5 mgH_2O/l przy VT=500 ml, wyższej niż określona przez ISO skuteczności 30 mg H2O dla nawilżania aktywnego?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 15 pozycja 2.** Czy Zamawiający wymaga aby cewnik posiadał samodomykającą się zastawkę komory płuczącej automatycznie odcinającej cewnik od pacjenta?
11. **Dotyczy : Pakiet Nr 15 pozycja 2.** Czy Zamawiający wymaga aby cewnik posiadał zestaw łączników umożliwiających higienę jamy ustnej i nosowej bez rozłącznia drenu od cewnika i ssaka??
12. **Dotyczy Pakietu Nr 15 pozycja 2.** Czy system zamknięty ma posiadać odłączenia cewnika i wykonania bronchofiberoskopii bez zdejmowania konektora z rurki intubacyjnej/ tracheostomijnej?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 17.** Czy jako drugi filtr minimum 40 mikronów Zamawiający ma na myśli trójstopniowy filtr filtrujący krew z pola operacyjnego do poziomu 10 mikronów?
14. **Dotyczy Ogólnych warunki umowy – pkt XIV SIWZ.** Prosimy o zmianę zapisu na brzmiący: „ Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania ilości określonych w tabeli asortymentowo-cenowej, jednak nie więcej niż 20% wartości umowy”.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 12.** Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 160 cm?

16. **Dotyczy Pakietu Nr 12.** Czy Zamawiający wymaga układ z rur gładkich wewnętrznie z miękkimi końcówkami 22 mm?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 13** Czy Zamawiający dopuści układ z 2 drenami dłuższymi tj. 220 cm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuści również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 pozycje 2 i 3 rurki ze znacznikiem w postaci grubego czarnego ringu, dobrze widocznego pod kontrolą laryngoskopu.
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 pozycja 4 rurek tracheotomijnych o średnicach wewnętrznych rurki: 6,4; 7,6; 8,9 spełniających pozostałe parametry określone w SIWZ.
Ad. 3 Zamawiający nie wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 2 pozycja 5 rurki dooskrzelowe miały haczyk na ostrogę ze znacznikiem RTG.
Ad. 4 Zamawiający dopuści również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 pozycja 7 rurek Guedella nr 2 długość 70 mm, nr 3 długość 80 mm, nr 4 długość 90 mm.
Ad.5 Zamawiający dopuści również zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 pozycja 8 sterylnych prowadnic do rurek intubacyjnych nr 6 długość 280 mm dla rurek od 2,5 do 5,5 nr 10 długość 350 dla rurek od 4 do 6 oraz nr 14 długość prowadnicy 350 mm dla rurek powyżej 5.
Ad. 6 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 2 pozycja 9 zaoferowania drenu do odsysania z przestrzeni podgłośniowej o średnicy min. 4 mm.
Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 prowadnic jednorazowego użytku.
Ad. 8 i 9 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 2 filtrów o skuteczności nawilżania przy Vt 500 ml minimum 31,5 mg H_2O/l lub wyższych. Oferowane filtry mechaniczne muszą mieć wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci.
Ad. 10 Zamawiający nie wymaga aby zaoferowany w Pakiecie Nr 15 poz. 2 cewnik posiadał samodomykającą się zastawkę komory płuczącej automatycznie odcinającej cewnik od pacjenta.
Ad. 11 Zamawiający nie wymaga aby zaoferowany w Pakiecie Nr 15 poz. 2 cewnik posiadał zestaw łączników umożliwiających higienę jamy ustnej i nosowej bez rozłączania drenu od cewnika i ssaka.
Ad. 12 Zamawiający nie wymaga aby zaoferowany w Pakiecie Nr 15 poz. 2 system zamknięty posiadał odłączenia cewnika i wykonania bronchoskopii bez zdejmowania konektora z rurki intubacyjne/tracheostomijnej.
Ad. 13 Zamawiający dopuszcza aby w oferowanym w Pakiecie Nr 14 zamkniętym systemie do autotransfuzji, jako drugi filtr minimum 40 mikronów był trójstopniowy filtr filtrujący krew z pola operacyjnego do poziomu 10 mikronów
Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy". W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ad 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 układu oddechowego o długości 160 cm pod warunkiem, że jest to układ sterylny i spełnia pozostałe parametry określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
Ad. 16 W Pakiecie Nr 12 Zamawiający wymaga sterylnego układu rur gładkich wewnętrznie, z miękkimi końcówkami.
Ad. 17 Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 układu z dwoma drenami dłuższymi, tj. 220 c, m pod warunkiem, że jest kompatybilny z respiratorem Achieva i jest układem sterylnym.

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a