



.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-50/08

Tarnów, 2008-06-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO
na **dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur
koronarografii i koronarooplastyki**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655) Zamawiający wprowadza zmiany do zapisów prostujące oczywistą omyłkę
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W Załączniku Nr 2 - Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia w :

1/ Pakiecie Nr 24 w:

- poz. 2 jest : „średnica wewnętrzna dla 6F co najmniej równa 0,70" (1,8 mm)”,
winno być : „średnica wewnętrzna dla 6F co najmniej równa **0,070"** (1,8 mm)”

2/ Pakiecie Nr 34 w:

- poz. 5 jest : „średnica dystalna nierozprężonego systemu stent-balon (crossing-profile) dla
średnicy 3,0 mm nie przekraczająca 0,42" ",
winno być : „średnica dystalna nierozprężonego systemu stent-balon (crossing-profile) dla
średnicy 3,0 mm nie przekraczająca **0,042"**".

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przesłał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a