



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-50/08

Tarnów, 2008-06-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 23 – Cewnik diagnostyczny 5F, 6F – dopuści cewniki diagnostyczne dostępne w wersji JL : 3,5; 4,0 i 5,0? Pozostałe parametry bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 34.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 34 – Stenty wieńcowe na cewniku balonowym kobaltowo-chromowe – dopuści stenty o długości w przedziale od 8 mm do 25 mm (minimum 5 wymiarów dla średnicy 3,0 mm) oraz ciśnieniu RBP 15 atm. (15,2 bar) dla średnicy 3,0 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 35.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 35 – Stenty wieńcowe na cewniku balonowym kobaltowo-chromowe do rozgałęzień – dopuści stenty o długości w przedziale od 8 mm do 25 mm (minimum 5 wymiarów dla średnicy 3,0 mm) oraz ciśnieniu RBP 15 atm (15,2 bar) dla średnicy 3,0 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 38.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 38 – Stent wieńcowy na cewniku balonowym pokryty polimerem uwalniającym lek antypoliiferacyjny – dopuści stenty o długości mieszczące się w przedziale od 8 do 25 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 27.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Cewników balonowych angioplastycznych do zabiegów w trybie pilnym o średnicach w zakresie od 1,5 do 4,00 mm, ciśnieniu nominalnym 8 bar oraz ciśnieniu RBP 14 bar dla średnicy 3,0. Pozostałe parametry bez zmian.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 31.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu wieńcowego na cewniku balonowym do zabiegów w trybie pilnym o ciśnieniu nominalnym 10 bar, pozostałe parametry bez zmian?.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 34.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów wieńcowych na cewniku balonowym kobaltowo-chromowych o ciśnieniu nominalnym 10 bar oraz RBP 16 bar, pozostałe parametry bez zmian?.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 35.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów wieńcowych na cewniku balonowym kobaltowo-chromowych do rozgałęzień o ciśnieniu nominalnym 10 bar oraz RBP 16 bar. Pozostałe parametry bez zmian?.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 23 cewników diagnostycznych dostępnych w wersji JL : 3,5; 4,0 i 5,0, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 34 stentów o długości w przedziale od 8 mm do 25 mm (minimum 5 wymiarów dla średnicy 3,0 mm) oraz ciśnieniu RBP 15 atm. (15,2 bar) dla średnicy 3,0 mm

Ad. 3 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 35 stentów o długości w przedziale od 8 mm do 25 mm (minimum 5 wymiarów dla średnicy 3,0 mm) oraz ciśnieniu RBP 15 atm (15,2 bar) dla średnicy 3,0 mm

Ad. 4 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 38 stenty o długości mieszczącej się w przedziale od 8 do 25 mm. Pozostałe parametry bez zmian

Ad. 5 Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 cewników balonowych angioplastycznych do zabiegów w trybie pilnym o średnicach w zakresie od 1,5 do 4,00 mm, ciśnieniu nominalnym 8 bar oraz ciśnieniu RBP 14 bar dla średnicy 3,0.

Ad. 6 Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 31 stentu wieńcowego na cewniku balonowym do zabiegów w trybie pilnym o ciśnieniu nominalnym 10 bar.

Ad. 7 Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 34 stentów wieńcowych na cewniku balonowym kobaltowo-chromowych o ciśnieniu nominalnym 10 bar oraz RBP 16 bar .

Ad. 8 Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 35 zaoferowanie stentów wieńcowych na cewniku balonowym kobaltowo-chromowych do rozgałęzień o ciśnieniu nominalnym 10 bar oraz RBP 16 bar.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a