



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-50/08

Tarnów, 2008-06-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 38.** Czy Zamawiający dopuści stenty uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym – Syrolimus, montowane na balonie o ciśnieniu nominalnym 11 atm dostępne w długościach 8, 13, 18, 23, 28, 33 mm z bardzo długim okresem obserwacji w badaniach klinicznych na różnych (w tym trudnych) grupach pacjentów? Pozostałe parametry bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 30.** Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe dostępne w zakresie średnic 2,25-4,0 mm, pozostałe parametry bez zmian?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 28.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika balonowego z przyrostem średnicy 0,38 mm przy RBP dla średnicy 3,0 mm, pozostałe parametry bez zmian?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 28.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika balonowego o zakresie średnic 2,0-4,0 mm (w tym średnica 2,75 mm), pozostałe parametry bez zmian?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 33.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu wieńcowego o średnicach 2,5mm, 2,75mm, 3,0mm, 3,5mm, i 4,00 mm, pozostałe parametry bez zmian?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 36.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego, pozostałe parametry bez zmian?.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 38 stentów uwalniających lek o działaniu antyproliferacyjnym – Syrolimus, montowanych na balonach o ciśnieniu nominalnym 11 atm dostępnych w długościach 8, 13, 18, 23, 28, 33 mm z bardzo długim okresem obserwacji w badaniach klinicznych na różnych (w tym trudnych) grupach pacjentów.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 30 cewników balonowych dostępnych w zakresie średnic 2,25-4,0 mm

Ad. 3 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 28 cewników balonowych z przyrostem średnicy 0,38 mm przy RBP dla średnicy 3,0 mm

Ad. 4 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 28 cewników balonowych o zakresie średnic 2,0-4,0 mm (w tym średnica 2,75 mm)

Ad. 5 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 33 stenty wieńcowe o średnicach 2,5mm, 2,75mm, 3,0mm, 3,5mm, i 4,00 mm

Ad. 6 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 36 stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a