



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-50/08

Tarnów, 2008-06-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 29.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w tym pakiecie cewników balonowych z przyrostem średnicy wynoszącym 0,25 mm dla rozmiaru 3,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 30.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w tym pakiecie cewników balonowych o średnicy końcówki dla systemu 3,0 mm 0,019"? Pozostałe parametry bez zmian?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 32.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w tym pakiecie stentów wieńcowych na cewniku balonowym z możliwością uzyskania dostępu do bocznicy – wymiar oczka równy 4,0 mm – bez zniekształcenia geometrii stentu? Pozostałe parametry bez zmian.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 33.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w tym pakiecie stentów wieńcowych na cewniku balonowym do zabiegów standardowych w prostych odcinkach naczyń z łatwym dostępem o RBP 14 atm dla średnicy powyżej 4,0 mm i przyrostem średnicy 0,32 mm dla stentu 3,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 34.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w tym pakiecie stentów wieńcowych na cewniku balonowym kobaltowo-chromowych o średnicach w zakresie 2,0-4,0 mm (7 rozmiarów) i długościach w zakresie 8-28 mm (6 rozmiarów) ? Pozostałe parametry bez zmian.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 29 cewników balonowych z przyrostem średnicy wynoszącym 0,25 mm dla rozmiaru 3,0 mm

Ad. 2 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 30 cewniki balonowe o średnicy końcówki dla systemu 3,0 mm 0,019". Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 32 stentów wieńcowych na cewniku balonowym z możliwością uzyskania dostępu do bocznicy – wymiar oczka równy 4,0 mm – bez zniekształcenia geometrii stentu

Ad. 4 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 33 stenty wieńcowe na cewniku balonowym do zabiegów standardowych w prostych odcinkach naczyń z łatwym dostępem o RBP 14 atm dla średnicy powyżej 4,0 mm i przyrostem średnicy 0,32 mm dla stentu 3,0 mm

Ad. 5 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 34 stenty wieńcowe na cewniku balonowym kobaltowo-chromowe o średnicach w zakresie 2,0-4,0 mm (7 rozmiarów) i długościach w zakresie 8-28 mm (6 rozmiarów). Pozostałe parametry bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a