



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-50/08

Tarnów, 2008-07-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 27.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników balonowych o średnicach 1,5 – 4,5 mm, przyroście średnicy o 0,26 mm dla 3,0 mm, spełniających pozostałe wymagania?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 28.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników balonowych o przyroście średnicy 0,26 mm dla 3,0 mm, spełniających pozostałe wymagania?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 34.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów kobaltowo-chromowych o ciśnieniu nominalnym równym 8 bar i RBP równym 16 bar dla średnicy 3,0 mm, spełniających pozostałe wymagania?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 35.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów kobaltowo-chromowych o następujących parametrach dla średnicy 3,0 mm: ciśnieniu nominalnym równym 8 bar, RBP równym 16 bar, 6 wymiarów, wymiarze oczka wynoszącym 3,0 mm
5. **Dotyczy Pakietu Nr 37.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentografów wieńcowych na cewniku balonowym do użycia w trybie nagłym wykonanych ze stali 316 L z pokryciem z ePTFE o średnicach : 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm; długościach od 10 do 26 mm (dla średnicy 3,0 mm posiadających powyżej 4 wymiarów) i ciśnieniu RBP 12 – 16 atm (12,15 – 16,21 bar), pozostałe parametry bez zmian?
6. Czy możliwe jest przekazanie przez Wykonawcę tylko tych próbek produktów, które nie były przedmiotem dostaw będących wynikiem poprzednich postępowań przetargowych?
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 1 sztuki próbki w przypadku oferowania tego samego produktu do kilku pakietów?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 cewników balonowych o średnicach 1,5 – 4,5 mm i przyroście średnicy o 0,26 mm dla 3,0 mm

Ad. 2 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 28 zaoferowanie cewników balonowych o przyroście średnicy 0,26 mm dla 3,0 mm, pod warunkiem, że spełniają pozostałe wymagania.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 34 stentów kobaltowo-chromowych o ciśnieniu nominalnym równym 8 bar i RBP równym 16 bar dla średnicy 3,0 mm.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 35 stentów kobaltowo-chromowych o następujących parametrach dla średnicy 3,0 mm: ciśnieniu nominalnym równym 8 bar, RBP równym 16 bar, 6 wymiarów, wymiarze oczka wynoszącym 3,0 mm

Ad. 5 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 37 stentografy wieńcowe na cewniku balonowym do użycia w trybie nagłym wykonanego ze stali 316 L z pokryciem z ePTFE o średnicach : 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm; długościach od 10 do 26 mm (dla średnicy 3,0 mm posiada powyżej 4 wymiarów) i ciśnieniu RBP 12 – 16 atm (12,15 – 16,21 bar), pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 6 Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia wraz z ofertą próbek oferowanych produktów (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ) również w przypadku gdy oferowane wyroby były przedmiotem dostaw będących wynikiem poprzednich postępowań przetargowych. Przekazane próbki zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień będą zwrócone na wniosek Wykonawcy.

Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 1 sztuki próbki w przypadku oferowania tego samego produktu do kilku pakietów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a