



**Znak: AE/ZP-27-52/08**

Tarnów, 2008-06-10

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy na dostawy dializatorów i linii tętniczo-żylnych.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 1** - czy Zamawiający wyrazi zgodę się na zaoferowanie dializatorów z syntetyczną błoną poliamidową sterylizowanych z użyciem pary wodnej i spełniających wymagane parametry?
2. **Dotyczy Pakietu nr 2** - czy Zamawiający wyrazi zgodę się na zaoferowanie dializatorów z syntetyczną błoną poliamidową sterylizowanych z użyciem pary wodnej i spełniających wymagane parametry?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Prosimy o dopuszczenie dializatorów z błoną DIAPES – polyethersulfone.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy możemy zaproponować dializatory niskoprzepływowe?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy możemy zaproponować dializatory wysokoprzepływowe?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy możemy zaproponować dializatory niskoprzepływowe?
7. **Dotyczy SIWZ pkt XIV.8a).** W projekcie umowy w pkt. 8a) określenie „wartość zamówionego towaru” prosimy zamienić na: „towarów nie dostarczonych w terminie”

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1 i 2.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr1 i 2 również dializatorów z syntetyczną błoną poliamidową sterylizowanych z użyciem pary wodnej i spełniających wymagane parametry.

**Ad. 3.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 dializatorów z błoną DIAPES – polyethersulfone.

**Ad. 4 – 6** W Pakiecie Nr 1 i 2 należy zaoferować dializatory niskoprzepływowe, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w wymienionych Pakietach dializatorów wysokoprzepływowych.

**Ad. 7** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a