



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-54/08

Tarnów, 2008-06-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę środków dezynfekcyjnych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 :

1. Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie 2 dopuści preparat konfekcjonowany w innej wielkości opakowania niż wymienione w SIWZ, np. zamiast opakowania 1 l zastosowanie opakowania 2 l z dozownikiem po odpowiednim przeliczeniu.
2. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość dostarczenia w pakiecie 2 dozowników w ilości np. 20% - 25% ilości opakowań. Chcielibyśmy zaproponować wysokiej klasy i wielokrotnego użytku dozowniki i w celu minimalizacji kosztów zakupu sugerujemy odstępnie od żądania dozowników do każdego opakowania.

2. Dotyczy Pakietu Nr 6

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie 6 dopuści preparaty konfekcjonowane w opakowania o pojemności 200 ml z fabrycznie dołączonym atomizerem.

3. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2

W Pakiecie Nr.7 –Dezynfekcja i pielęgnacja rąk , w pozycji 2 ,Zamawiający określił ,iż produkt ma być antyseptyczny. Prosimy o wyłączenie tego zapisu ,bowiem wszystkie preparaty które funkcjonują na terenie Polski a przeznaczone do zastosowania określonego przez Zamawiającego są zarejestrowane jako kosmetyki. Przeznaczenie preparatu opisanego przez Zamawiającego w tej pozycji ma wykazywać działanie pielęgnujące i regenerujące skórę po przeprowadzonej dezynfekcji rąk, tak więc nie musi wykazywać działania bójkowego.

4. Dotyczy Pakietu Nr 1

Z opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 1 wynika, iż Zamawiający korzysta z zamkniętego systemu Sterisol. Czy Zamawiający dopuści inny system zamknięty? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości potrzebnych dozowników.

5. Dotyczy Pakietu Nr 2

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w Pakiecie Nr 2 wymaga zaoferowania preparatu o spektrum działania B, F, TBC, V (HIV, HCV) przy stężeniu 0,25% w czasie do 15 min.

6. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.2

1. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie emulsji do pielęgnacji rąk będącej kosmetykiem a nie produktem antyseptycznym.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować preparaty do dezynfekcji poz.1 i pielęgnacji rąk poz.2 kompatybilne ze sobą to znaczy pochodzą od jednego producenta co minimalizuje powstawanie odczynów alergicznych?.
3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby etykieta produktu do dezynfekcji rąk była zgodna z dokumentem rejestracyjnym tzn. aby była zaakceptowana przez Urząd Rejestracji co jest zgodne z aktualnym stanem prawnym i zabezpiecza zamawiającego przed nierzetelnymi wykonawcami?.

4. Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować preparat do dezynfekcji rąk dla różnego rodzaju skóry tzn. dla skóry suchej, normalnej i przetłuszczającej ?

7. Dotyczy Pakietu Nr 6 i 7

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego preparaty, które służą do bezpośredniego kontaktu z tkankami człowieka czyli preparaty do dezynfekcji pola operacyjnego, miejsc wkluć, do dezynfekcji błon śluzowych, ran, oparzeń i preparaty do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są antyseptykami. W celu ograniczenia infekcji oraz zapobiegnięcia zakażeniu lub ich przenoszeniu preparatom z tej grupy stawiane są równie wysokie wymagania jak lekom. Antyseptyki są produktami leczniczymi i podlegają przepisom ustawy o produktach leczniczych (Dz.U. nr 160, poz.1358 z 11 sierpnia 2005). Ponadto zgodnie z art.72 ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne obrót produktami leczniczymi może być prowadzony wyłącznie przez hurtownie farmaceutyczne.

Jeśli tak to czy Zamawiający wymaga aby załączenia do oferty koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub oświadczenia o jej posiadaniu?

8. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.3

Czy w Pakiecie Nr 4 poz.3 Zamawiający dopuści preparat alkoholowy zawierający poniżej 1% chlorku didecyldimetyloamoniowego, bez zawartości aldehydów, fenoli, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, spektrum działania : B, Tbc, F, V (w tym Polio i Adeno) w czasie do 1 minuty, w opakowaniach zgodnych z SIWZ ?

9. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.3

Czy w Pakiecie Nr 4 poz.3 Zamawiający wymaga preparatu w opakowaniach o poj. 1 l ze spryskiwaczem czy bez?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

1. Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 2 preparatu w opakowaniach 2 litrowych. Zgodnie z zapisem SIWZ zawartym w Formularzu Cenowym Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści preparat o każdej pojemności nie przekraczającej 1 litr z dozownikiem

2. Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisem SIWZ zawartym w Formularzu Cenowym, aby każda butelka preparatu oferowanego w Pakiecie Nr 2 posiadała dozownik.

Ad.2

Zamawiający w pakiecie Nr 6 poz.1 dopuści również preparaty konfekcjonowane w opakowaniach o poj. 200 ml, będące produktem antyseptycznym, spełniające pozostałe wymagania określone w Formularzu Cenowym. W Pakiecie Nr 6 poz.2 Zamawiający dopuści preparat o każdej pojemności nie przekraczającej 1 litra, spełniający wymagania określone w Formularzu Cenowym.

Ad.3

W Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 7 poz.2 Zamawiający wykreśla zapis „produkt antyseptyczny” i wymaga „Emulsji do pielęgnacji i regeneracji skóry rąk w przypadku częstego mycia i odkażania rąk, zawierającej związki nawilżające i natłuszczające. Opakowanie do 0,5 litra.”

Ad.4

Zamawiający nie dopuszcza innego systemu zamkniętego w Pakiecie Nr 1. Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 1 wyłącznie preparaty spełniające wymagania określone w Formularzu Cenowym, kompatybilne z dozownikami zamkniętego systemu Sterisol.

Ad.5

Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2 preparat o spektrum działania B, F, TBC, V (HIV, HCV) przy stężeniu 0,25% w czasie do 15 min., spełniający pozostałe wymagania określone w Formularzu Cenowym.

Ad.6

1. W Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 7 poz.2 Zamawiający wykreśla zapis „produkt antyseptyczny” i wymaga „Emulsji do pielęgnacji i regeneracji skóry rąk w przypadku częstego mycia i odkażania rąk, zawierającej związki nawilżające i natłuszczające. Opakowanie do 0,5 litra.”
2. Zamawiający nie wymaga, by zaoferowane preparaty do dezynfekcji poz.1 i pielęgnacji rąk poz. 2 pochodziły od jednego producenta.
3. Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 7 poz.2, aby etykieta produktu do dezynfekcji rąk była zgodna z dokumentem rejestracyjnym tzn. aby była zaakceptowana przez odpowiedni Urząd Rejestracji co jest zgodne z aktualnym stanem prawnym i zabezpiecza Zamawiającego przed nierzetelnymi Wykonawcami. W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji, przedstawionej przez Wykonawcę, potwierdzającej zgodność.
4. Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 7 poz.2 preparatu zawierającego środki pielęgnujące skórę, pozbawionego właściwości wysuszających.

Ad.7

Zamawiający wymaga aby preparaty zaoferowane w Pakiecie Nr 6 poz.1 i 2 i Pakiecie Nr 7 poz.1 były antyseptykami - produktami leczniczymi. Zgodnie z zapisami zawartymi w Pkt.IV.11b SIWZ oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności należy potwierdzić oryginałem lub kopią : koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym bądź oświadczeniem, że do wykonania zamówienia nie są wymagane wymienione dokumenty. Ponieważ Zamawiający wymaga, aby zaoferowane preparaty były produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne (Dz.U Nr 53 poz. 533 z dnia 02.04.2004r z póź. zm) obrót tymi preparatami może być prowadzony wyłącznie przez jednostki gospodarcze legitymujące się koncesją lub zezwoleniem.

Ad.8

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.3 wymaga zgodnie z zapisem SIWZ zawartym w Formularzu Cenowym: „Preparatu bez aldehydu glutarowego, opartego wyłącznie na alkoholach, przeznaczonego do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni metodą spryskiwania, nie pozostawiającego plam i zacieków. Opakowanie wyposażone w system spryskujący (atomizer). Spektrum działania: B, F, Tbc w czasie do 15 min. Opakowanie do 1 l”.

Ad.9

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.3 wymaga, zgodnie z zapisem SIWZ zawartym w Formularzu Cenowym, preparatu w opakowaniu do 1 litra, wyposażonym w system spryskujący (atomizer).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega dotychczasowy termin składania ofert z dnia 13 czerwca 2008r godz. 10⁰⁰ na dzień **16 czerwca 2008r godz. 10⁰⁰**, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu **16 czerwca 2008r. godz. 11⁰⁰**.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a