

EFmed

ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
tel.: (0-58) 52-00-206, fax: (0-58) 34-21-396



Gdańsk, 20.06.2008

**Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie
ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów**

PROTEST

złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy sprzętu do laboratorium, w tym zamkniętego systemu pobierania krwi metoda próżniowa. Znak: AE/ZP-27-58/08 (pakiet nr 1)

Na podstawie art. 180 ust.1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.) zwanej dalej Ustawą, Wykonawca – EFmed sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 100 (zwany w dalszej treści protestu – protestującym) składa protest wobec naruszenia:

- a/ zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji (art. 7 ust.1 powołanej wyżej ustawy);
- b/ obowiązku opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nie utrudniający zachowania uczciwej konkurencji (art. 29 powołanej wyżej ustawy).

UZASADNIENIE

Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) dot. pakietu nr 1, Zał. nr 1 - Formularz cenowy oraz Zał. Nr 2 opisują w sposób szczegółowy i jednoznaczny asortyment charakterystyczny dla jednego producenta tj. firmy Beton-Dickinson (zwanej dalej BD).

Wobec powyższego protestujący wnosi o dokonanie zmian w treści SIWZ w zakresie pakietu nr 1, umożliwiających przeprowadzenie przedmiotowego postępowania w sposób zapewniający uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez:

Zał. 1 Formularz cenowy

1. Dopuszczenie w pozycji 1 - próbówka biochemiczna, próbek o objętości pobrania 5,5 ml (100x13mm) lub 9 ml (100x16mm) jako alternatywę dla próbówki o objętości 7 ml (100x13mm) charakterystycznej jedynie dla BD.

2. Wykreślenie w pozycji 4 zapisu „ze zminimalizowaną przestrzenią martwą”. Wymóg ten nie ma uzasadnienia merytorycznego, wynika jedynie z faktu, że firma BD produkuje próbówki dwuścienne, które z uwagi na mniejszą objętość wewnętrzną - wypełniają się wyżej krwią niż próbówki jednościenne o tej samej objętości. Z kolei znaczne zredukowanie wolnej przestrzeni utrudnia prawidłowe wymieszanie krwi z antykoagulantem po pobraniu, co ma decydujące znaczenie dla prawidłowego oznaczenia tych parametrów oraz uniknięcia błędów przedanalizy. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu Zamawiającemu zależy na utrzymaniu tego zapisu, to wnioskujemy o dopuszczenie próbek jednościennych o objętości pobrania krwi 3,6 ml, które wypełniają się praktycznie do bardzo zbliżonego poziomu, co próbówki dwuścienne, o objętości 2,7ml.
3. Wyłączenie pozycji 5 - próbówka do analizy hormonów z EDTA i aprotyniną, w osobny pakiet. Probówki z wymaganymi dodatkami to produkt charakterystyczny jedynie dla BD. Ponadto ilość 100 szt./rok stanowi niewielki koszt pozwalający na zakup tej pozycji z wolnej ręki, z kolei pozostawienie jej w pakiecie uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych.
4. Doduszenie w pozycji 6 - próbówka z heparyną i litowym octanem jodu rozwiązania równoważnego albo wyłączenie w osobny pakiet. Probówki z wymaganymi dodatkami to produkt charakterystyczny jedynie dla BD.
5. Rezygnację w pozycji 9 z igieł przeziernikowych i zastąpienie ich igłami systemowymi albo dopuszczenie rozwiązania równorzędnego, polegającego na zaoferowaniu przezroczystego luaraptera łączącego igłą typu luer, które także umożliwia wizualną kontrolę wkłucia.
6. Doduszenie w pozycji 13 - zestaw do pobierania krwi na gazometrię, strzykawki do gazometril o objętości 0,5-2,5 ml umożliwiającej pobranie krwi dwoma metodami tj. aspiracyjną oraz naturalnego napływu albo wyłączenie w osobny pakiet.
7. Dopuszczenie w pozycjach 14-16 - próbówki mikrotainer i przedłużki do tych próbek, rozwiązania równoważnego albo wyłączenie ich w osobny pakiet. Określenie mikrotainer jest zaczerpnięte z katalogu BD - zatem pozostawienie tego zapisu bez zmian stanowiłoby naruszenie art.29. pkt.3 PZP. Z kolei przedłużki nie są konieczne przy zastosowaniu rozwiązania równoważnego.

Załącznik 2 Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 1

8. Wykreślenie w pozycji nr 1 zapisu „ISO 14001”. Zgodnie, z art. 30 Ustawy „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.” Żądanie posiadania certyfikatu ISO 14001 producenta systemu jest zatem niezgodne z obowiązującymi przepisami i w naszej ocenie, służy jedynie utrudnieniu uczciwej konkurencji. Wdrożenie systemu ISO jest sprawą dobrowolną i żaden przepis prawa nie narzuca takiego wymogu. Opierając się na opinii Polskiego Komitetu Normalizacji, podmiot posiadający certyfikat ISO 14001 nie jest zobligowany do wymagania, aby stosować wyłącznie produkty wytwórców posiadających taki certyfikat. Wprowadzenie do SIWZ takiego wymogu stwarza monopolistyczną pozycję dla produktów firmy BD.
9. Wykreślenie w pozycji nr 3 zapisu „od jednego producenta” i zastąpienie go wymogiem kompatybilności oferowanych elementów systemu.
10. Wykreślenie pozycji nr 20 tj.: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 5 czytników laserowych do barkodów.” Dostarczenie czytników nie może stanowić wymogu określającego próżniowy system pobierania krwi. Ponadto jest to sprzęt sklasyfikowany

kowany pod innym kodem CPV i nie ma nic wspólnego z jakością czy parametrami próżniowych systemów pobierania krwi.

Oprotestowane przez nas czynności Zamawiającego spowodowałyby uszczerbek w naszym interesie prawnym, ponieważ przy tak opisanym przedmiocie zamówienia nie możemy złożyć oferty i skutecznie ubiegać się o zamówienie publiczne. Charakterystyczne cechy i parametry określone w załączniku nr 1 do SIWZ, w tym nazwy produktów zaczerpnięte bezpośrednio z folderu reklamowego firmy BD oraz wymogi określone w załączniku nr 2 eliminują naszą firmę z postępowania jeszcze przed złożeniem oferty. Opisany w ten sposób przedmiot zamówienia nie daje gwarancji wyboru najkorzystniejszej oferty przez Szpital przy zachowaniu zasady równego traktowania oferentów określonej w art. 7 ust. 1 Ustawy.

Próżniowy system pobierania krwi Terumo oferowany przez protestującego, posiada wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia, jest uznany za jeden z najnowocześniejszych na świecie i spełnia potrzeby każdego laboratorium analitycznego.

Pozostawienie ww. wymogów wyklucza możliwość złożenia ofert konkurencyjnych, co w ocenie protestującego, jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, zasadą równego traktowania wykonawców i prowadzi do powstania sytuacji monopolistycznej, stwarzającej realne zagrożenie naruszenia interesu publicznego, poprzez możliwość znacznego zawyżania cen, a w rezultacie marnotrawienia środków publicznych.

Dopuszczenie możliwości złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert konkurencyjnych umożliwiających wybór najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty, leży nie tylko w interesie Zamawiającego, ale jest podstawową zasadą i celem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego protestujący wnosi o uwzględnienie protestu w całości.

Protest sporządzono 2 jednobrzmiących egzemplarzach:

- 1) adresat
- 2) a.a.

Z poważaniem

EFmed Sp. z o.o.
Przedstawiciel
Andrzej Ligier

EFMED Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 100
80-657 Gdańsk
NIP 584-19-03-028, Reg. 191398241

Ps. Podsumowanie, oryginalny
zaskarżony, wraz z kts
poświadczenia UPS, miny tego
zaskarżony wyrażony