



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

EFmed Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 100
80-557 Gdańsk

Znak: AE/ZP-27-58/08

Tarnów, 2008-06-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 EURO na dostawę sprzętu do laboratorium, w tym zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

W związku z protestem złożonym w dniu 20 czerwca 2008 r. przez EFmed Sp. z o.o., ul. Marynarki Wojennej 100, 80-557 Gdańsk (Protestujący)- Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 (dalej: Zamawiający) na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa”) informuje, że protest został **w części uwzględniony, w części oddalony.**

UZASADNIENIE

Wykonawca EFmed wniósł protest na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wobec naruszenia

a/ zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji (art. 7 ust.1 powołanej wyżej ustawy);

b/ obowiązku opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nie utrudniający zachowania uczciwej konkurencji (art. 29 powołanej wyżej ustawy).

Protestujący wniósł o dokonanie zmian w treści SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1, umożliwiających przeprowadzenie przedmiotowego postępowania w sposób zapewniający uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez :

„Załącznik 1 Formularz cenowy

1. Dopuszczenie w pozycji 1 - próbówka biochemiczna, próbek o objętości pobrania 5,5 ml (100x13mm) lub 9 ml (100x16mm) jako alternatywę dla próbówki o objętości 7 ml (100x13mm) charakterystycznej jedynie dla BD.
2. Wykreślenie w pozycji 4 zapisu „ze zminimalizowaną przestrzenią martwą”. Wymóg ten nie ma uzasadnienia merytorycznego, wynika jedynie z faktu, że firma BD produkuje próbówki dwuścienne, które z uwagi na mniejszą objętość wewnętrzną - wypełniają się wyżej krwią niż próbówki jednościenne o tej samej objętości. Z kolei znaczne zredukowanie wolnej przestrzeni utrudnia prawidłowe wymieszanie krwi z antykoagulantem po pobraniu, co ma decydujące znaczenie dla prawidłowego oznaczenia tych parametrów oraz uniknięcia błędów przedanalizacyjnych. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu Zamawiającemu zależy na utrzymaniu tego zapisu, to wnioskujemy o dopuszczenie próbek jednościennych o objętości pobrania krwi 3,6 ml, które wypełniają się praktycznie do bardzo zbliżonego poziomu, co próbówki dwuścienne, o objętości 2,7ml.
3. Wyłączenie pozycji 5 - próbówka do analizy hormonów z EDTA i aprotyniną, w osobny pakiet. Probówki z wymaganymi dodatkami to produkt charakterystyczny jedynie dla BD.

Ponadto ilość 100 szt./rok stanowi niewielki koszt pozwalający na zakup tej pozycji z wolnej ręki, z kolei pozostawienie jej w pakiecie uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych.

4. Dopuszczenie w pozycji 6 - próbówka z heparyną i litowym octanem jodu rozwiązania równoważnego albo wyłączenie w osobny pakiet. Probówki z wymaganymi dodatkami to produkt charakterystyczny jedynie dla BD.
5. Rezygnację w pozycji 9 z igieł przeziernikowych i zastąpienie ich igłami systemowymi albo dopuszczenie rozwiązania równorzędnego, polegającego na zaoferowaniu przezroczystego luaraptera łączonego igłą typu luer, które także umożliwia wizualną kontrolę wkłucia.
6. Dopuszczenie w pozycji 13 - zestaw do pobierania krwi na gazometrię, strzykawki do gazometrii o objętości 0,5-2,5 ml umożliwiającej pobranie krwi dwoma metodami tj. aspiracyjną oraz naturalnego napływu albo wyłączenie w osobny pakiet.
7. Dopuszczenie w pozycjach 14-16 - próbówki mikrotainer i przedłużki do tych probówek, rozwiązania równoważnego albo wyłączenie ich w osobny pakiet. Określenie mikrotainer jest zaczerpnięte z katalogu BD – zatem pozostawienie tego zapisu bez zmian stanowiłoby naruszenie art.29. pkt.3 PZP. Z kolei przedłużki nie są konieczne przy zastosowaniu rozwiązania równoważnego.

Załącznik 2 Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 1

8. Wykreślenie w pozycji nr 1 zapisu „ISO 14001”. Zgodnie, z art. 30 Ustawy „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.” Żądanie posiadania certyfikatu ISO 14001 producenta systemu jest zatem niezgodne z obowiązującymi przepisami i w naszej ocenie, służy jedynie utrudnieniu uczciwej konkurencji. Wdrożenie systemu ISO jest sprawą dobrowolną i żaden przepis prawa nie narzuca takiego wymogu. Opierając się na opinii Polskiego Komitetu Normalizacji, podmiot posiadający certyfikat ISO 14001 nie jest zobligowany do wymagania, aby stosować wyłącznie produkty wytwórców posiadających taki certyfikat. Wprowadzenie do SIWZ takiego wymogu stwarza monopolistyczną pozycję dla produktów firmy BD.
9. Wykreślenie w pozycji nr 3 zapisu „od jednego producenta” i zastąpienie go wymogiem kompatybilności oferowanych elementów systemu.
10. Wykreślenie pozycji nr 20 tj.: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 5 czytników laserowych do barkodów.” Dostarczenie czytników nie może stanowić wymogu określającego próżniowy system pobierania krwi. Ponadto jest to sprzęt sklasyfikowany pod innym kodem CPV i nie ma nic wspólnego z jakością czy parametrami próżniowych systemów pobierania krwi.”

W toku rozpatrywania treści protestu Zamawiający częściowo uwzględnił protest i wyraża zgodę na:

W związku z pkt 1 protestu - dopuszcza w poz. 1 załącz. 1 zaoferowanie probówek biochemicznych o objętości pobieranej próbki krwi od 5,5 do 7 ml o wymiarach 13 x 75 lub 13 x 100 mm, z zachowaniem pozostałych wymogów

W związku z punktem 4 protestu - próbówki z heparyną i litowym octanem jodu (pozycja 6) są jasno określone w standardach jako właściwe do pobierania i przechowywania materiału na badania zarówno biochemiczne jak i oznaczenia wykonywane z pełnej krwi. Oczywiście Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, które zabezpieczy w/w warunki z zastrzeżeniem, że muszą być kompatybilne z zaoferowanym systemem.

W związku z pkt 7 protestu - dopuszcza się w poz. 14-16 załącznika nr 1 rozwiązania równoważnego w postaci probówek do pobierania krwi włóśniczkowej o objętości pobieranej próbki krwi od 0,25 do 0,5 ml ze zintegrowanym z probówką lejkiem, korkiem, o wymiarach umożliwiających używanie statywów do probówek 13 x 75 mm,

W związku z pkt 8 protestu Zamawiający odstępuje od postawionego wymogu posiadania certyfikatu ISO 14001 producenta systemu, chociaż podkreślić należy, że prawem Zamawiającego jest określenie standardów międzynarodowych i europejskich tak, aby zapewnić porównywalność z produktami innych oferentów. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że wymóg ten spełnia nie tylko, jak sugerowane jest w proteście, firma BD.

W związku z pkt 9 protestu - zastępuje się wymóg zapisany w poz. 3 załącznika nr 2 zapisem „Wszystkie igły, uchwyty i probówki systemu pochodzą od jednego producenta. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek pochodzących od innego producenta pod warunkiem złożenia oświadczenia o ich kompatybilności z zaoferowanym systemem (uchwyty i igły systemowe oraz probówki pochodzące od innego producenta)”.

Zamawiający oddala zarzuty opisane w pkt. 2-6, 10 jako bezzasadne, a mianowicie:

Ad. 2 wymóg uzasadniony merytorycznie - przestrzeń martwa powyżej 10-15% objętości probówki wpływa na zmianę parametrów krzepnięcia na tyle znacznie, że zaburza właściwe oddziaływanie terapeutyczne na pacjenta.

Ad. 3 Probówki do analizy hormonów z EDTA i aprotyną (pozycja 5) Szpital musi mieć zabezpieczone dla prowadzenia badań specjalistycznych, zlecanych w niewielkich ilościach, ale zlecone muszą zostać pobrane i transportowane w określonych warunkach. Ponadto ilość 100 szt./rok stanowi niewielki koszt pozwalający na zakup tej pozycji przez Wykonawcę i zaproponowanie go Zamawiającemu bez podziału zamówienia.

Ad 5 Wszystkie igły proponowane przez Wykonawcę powinny pracować w oparciu o tę samą zasadę i być kompatybilne z pozostałymi elementami systemu.

AD 6 Zamawiający chce utrzymać pracę w szpitalu w systemie próżniowym - metoda aspiracyjna nie jest kompatybilna z tym systemem.

Ad 10 Czytniki laserowe są niezbędne do przyjęcia materiału w systemie informatycznym, w którym pracuje Szpital, uwarunkowane jest to właściwą identyfikacją próbki materiału za pomocą odpowiedniego urządzenia do odczytywania barkodów - a więc urządzenia te gwarantują właściwe zarządzanie probówkami.

Równocześnie Zamawiający pragnie zaznaczyć, że Zgodnie z linią orzecznictwa Zespołu Arbitrów Zamawiający ma prawo wybrać i wyspecyfikować taki przedmiot zamówienia, który jego zdaniem będzie najlepszy do wykonania procedur w obrębie wyspecjalizowanego profilu Zamawiającego i to Zamawiający decyduje, jakie produkty chce i powinien używać oraz jaki ma być kształt i zakres zamówienia. Orzecznictwo Arbitrów Urzędu zamówień Publicznych jednoznacznie wskazuje że „*prawem Zamawiającego jest podział zamówienia na poszczególne zakresy według swych oczekiwań, jak również określenie ich zawartości ...*” (np. sygn. akt. UZP/ZO/0-260/04).

Zgodnie z art. 182 ust.2 pkt 1 niniejsze rozstrzygnięcie protestu jest ostateczne.

Otrzymują:

1. Adresat

3. a/a