



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-58/08

Tarnów, 2008-06-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy sprzętu do laboratorium, w tym zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Prosimy o dopuszczenie próbek do koagulologii z terminem ważności 9 miesięcy?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł systemowych przeziernikowych tylko w rozmiarze 7 i 8?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy pod pojęciem „zestaw” Zamawiający rozumie strzykawkę z igłą czy też bez igły?
4. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4 - 7** – Czy można zaoferować kolby stożkowe Erlenmayera?
5. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 12** - Czy Zamawiający dopuści szalki o średnicy 8 cm?
6. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 20** - Czy Zamawiający dopuści zlewki 400 lub 600 ml?
7. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 29-33** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu?
8. **Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści pałeczki z wacikiem o średnicy 5 mm?
9. **Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 38** - Czy Zamawiający dopuści próbki o pojemności 7 ml i wymiarach 13 x 100 mm?
10. **Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 40 - 41** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie owych pozycji do oddzielnego pakietu?
11. **Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2** - Czy w przypadku zaoferowania płyt o dużej sztywności Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczania pojemników usztywniających?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 próbek na koagulologię z terminem ważności 9 miesięcy.

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 9 igieł systemowych przeziernikowych tylko w rozmiarze 0,7 i 0,8 mm.

Ad. 3 W Pakiecie Nr 1 poz. 13 Zamawiający rozumie strzykawkę bez igły.

Ad. 4 W Pakiecie Nr 2 poz. 4 – 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolb stożkowych Erlenmayera, pod warunkiem że mają szeroką szyję.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 12 szalek o średnicy 8 cm.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 20 zlewki o pojemności 400 lub 600 ml.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 29 -33 z Pakietu Nr 2 do osobnego pakietu.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 również pałeczek z wacikiem o średnicy 5 mm.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 38 również probówek o pojemności 7 ml i wymiarach 13 x 100 mm.

Ad. 10 Zamawiający wydziela z Pakietu Nr 3 poz. 40 i 41 i tworzy z nich Pakiet Nr 3A.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza złożenie w Pakiecie Nr 11 oferty tylko na poz. 1, tj. jednorazowe płyty do oznaczania grup pod warunkiem, że charakteryzują się sztywnością równoważną z tą jaką uzyskuje się używając pojemników usztywniających.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a