



Znak: AE/ZP-27-58/08

Tarnów, 2008-06-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę sprzętu do laboratorium, w tym zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyłączy pozycje: 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15,16 do osobnego pakietu?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy Zamawiający zgodzi się na bawełniane wymazówki sterylne pakowane indywidualnie?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12.** Czy Zamawiający zgodzi się mikrometodę o pojemności 200 ml lub 300 ml?
4. **Dotyczy Pakietu nr 3.** Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji: 14, 40, 41?
5. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1** - Czy Zamawiający miał na myśli szczoteczki cytologiczne umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji?
6. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1** - Czy szczoteczki do wymazów cytologicznych powinny posiadać odpowiednie rekomendacje instytucji i towarzystw specjalistycznych?
7. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1** – Czy Wykonawca powinien udokumentować skuteczność szczoteczek poprzez badania kliniczne?
8. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1** - Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. § 3 pkt 1 oraz Dyrektywą 93/42/EWG oferent powinien przedstawić certyfikat CE łącznie z deklaracją zgodności pozwalającą na identyfikację konkretnego wyrobu dopuszczonego do obrotu na terytorium RP?
9. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1** – Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 6 pozycję 1 szczoteczki do wymazów cytologicznych do odrębnego pakietu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr pozycji: 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15,16 do osobnego pakietu.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 3 bawełnianych wymazówek - zgodnie z opisem zawartym w SIWZ wymazówki winny być celofanowe.

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 12 również mikrometody o pojemności 200 ml lub 300 ml.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 3 pozycji 14, natomiast pozycje 40 i 41 stanowią Pakiet 3A (odpowiedź na zapytania do SIWZ z dnia 19 czerwca 2008 r.).

Ad.5 – 8. Zamawiający żąda zaoferowania w Pakiecie 6 pozycja 1 wymazówek zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu 6 pozycji 1 do odrębnego pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a