



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-67/08

Tarnów, 2008-07-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy testów do: jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim, oznaczania hemoglobiny ludzkiej w kale, oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM Jr. Singnature firmy ITC.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w testy w opakowaniu na 30 oznaczeń?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga testów o najwyższej czułości 10 ng/ml?
3. **Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści test immunochromatograficzny kasetkowy pozwalający na jednoczesne wykrycie rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z minimalnym terminem ważności 4 miesiące?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki posiadały w instrukcji wskazaną granicę detekcji dla rota i adenowirusów? Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga załączenia instrukcji?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga testów o czułości: 8ng/ml dla Rotawirusów, 8ng/ml dla Adenowirusów?
7. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuszcza testy o podwyższonej czułości 25ng/ml?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający oczekuje testu immunochromatograficznego paskowego czy kasetowego jednoczesnego oznaczenia rotawirusów i adenowirusów w kale?
9. **Dotyczy pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający oczekuje testu immunochromatograficznego kasetowego do oznaczania hemoglobiny ludzkiej w kale o czułości 50ng/ml r-ru?
10. **Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1.** Ze względu na to, że są to testy jakościowe i nie umieszcza się w zestawach dodatkowych odczynników kontrolnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na test kasetkowy posiadający pasek kontrolny?
11. **Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1.** Czy zamawiający wymaga aby oferowany test zapewniał bezpieczną i czystą pracę personelu tj. zawierał niezbędny do przygotowania zawiesiny kału bufor w plastikowej probówce oraz plastikową kasetę której przeprowadzane jest badanie metodą chromatograficzną?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 testów w opakowaniach po 30 oznaczeń.

Ad.2 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 2 poz. 1 testów o czułości do 25 ng.ml.

Ad.3 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 1 testu immunochromatograficznego kasetkowego pozwalającego na jednoczesne wykrycie rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim.

Ad.4 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 testu z minimalnym terminem ważności 4 miesiące.

Ad.5 Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty w Pakiecie Nr 1 poz. 1 instrukcji do oferowanego testu, natomiast żąda podania w ofercie parametru czułości oferowanego testu. Instrukcji użycia testu Zamawiający będzie żądał wraz z pierwszą dostawą.

Ad.6 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 1 testów o czułości: do 8ng/ml dla Rotawirusów, 8ng/ml dla Adenowirusów.

Ad.7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 testów o czułości do 25 ng/ml.

Ad 8 W Pakiecie Nr 1 poz. Zamawiający wymaga testu immunochromatograficznego kasetowego jednoczesnego oznaczenia rotawirusów i adenowirusów w kale.

Ad 9 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 2 poz. testu o czułości do 25 ng/ml.

Ad 10 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr poz. 1 testu immunochromatograficznego kasetowego jednoczesnego oznaczenia rotawirusów i adenowirusów w kale z paskiem kontroli aktywności testu.

Ad. 11 Zamawiający wymaga aby oferowany w pakiecie Nr 1 poz. 1 test zapewniał bezpieczną i czystą pracę personelu tj. zawierał niezbędny do przygotowania zawiesiny kału bufor w plastikowej probówce oraz plastikową kasetę której przeprowadzane jest badanie metodą chromatograficzną

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a