



Znak: AE/ZP-27-70/08

Tarnów, 2008-07-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboí.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na rękaw foliowo-papierowy o szerokości 120 mm zamiast 125 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy biologiczne typu „Sporal” o okresie inkubacji 5 dni?
3. **Dotyczy pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga aby nr partii (LOT), rozmiar opakowania oraz piktogram kierunku otwierania opakowania znajdowały się na zgrzewie od strony folii a nie od strony papieru?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy zamawiający wymaga folii minimum pięciowarstwowej nie licząc warstwy kleju?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie oznakowań opakowań papierowo-foliowych w innych językach niż polski i na dostarczenie do tego karty wzorów w języku polskim?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuszcza aby rękawy papierowo-foliowe posiadały papier o gramaturze pomiędzy 60 a 70 g/m²?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 – 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji ze wskaźnikami i napisami umieszczonymi (nadrukowanymi w postaci paska) pomiędzy warstwami laminatu foliowego?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści włókninę w kolorze niebieskim, zaś w pozycji 2 zaoferowanie włókniny zielonej?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz 3 również rękawów foliowo-papierowych o szerokości 120 mm.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz.1 i 2 testów biologicznych typu „Sporal” o okresie inkubacji 5 dni.

Ad. 3 Zamawiający wymaga aby nr partii (LOT), rozmiar , tj długość i szerokość znajdowały się na zgrzewie od strony folii.

Ad. 4 W Pakiecie Nr 1 Zamawiający wymaga folii minimum pięciowarstwowej plus warstwa kleju.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody aby oferowane w Pakiecie Nr 1 rękawy foliowo-papierowe miały oznakowanie inne niż w języku polskim.

Ad. 6 Oferowane w Pakiecie Nr 1 rękawy foliowo-papierowe winny mieć papier o gramaturze 60 – 70 g/m² ± 5%.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 1 poz. 1 – 10 aby wszystkie napisy i wskaźniki znajdowały się pomiędzy warstwami laminatu foliowego.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 pozycja 1 włókniny w kolorze niebieski, włóknina oferowana w tej pozycji winna być zgodnie z zapisem SIWZ biała.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a