



Znak: AE/ZP-27-70/08

Tarnów, 2008-07-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboń.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 1 Prosimy o dopuszczenie rękawów, które posiadają folię pięciowarstwową łącznie z warstwami kleju.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 również rękawów które posiadają folię pięciowarstwową łącznie z warstwami kleju.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a