



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-73/08

Tarnów, 2008-08-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 27** : Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewniki balonowe o RBP 14 atm (=14,19 bar) dla średnicy 3,0 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 28** : Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewniki balonowe o RBP 14 atm (=14,19 bar) dla średnicy 3,0 mm oraz przyrostem średnicy minimalnie większym niż wymagany tj. 0,37 mm?
3. Czy Zamawiający zwolni z wymogu dostarczenia próbek tych Wykonawców, którzy uczestniczyli w poprzednim postępowaniu przetargowym na dostawę stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki, sprawa nr AE/ZP-27-50/08, a w niniejszym, wznowionym postępowaniu będą oferowali ten sam produkt, który podlegał ocenie technicznej w poprzednim przetargu ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 28** : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o ciśnieniu nominalnym 8 bar dla średnicy 3,0 mm i przyrostem średnicy przy RBP 0,38 mm dla średnicy 3,0 mm, pozostałe parametry bez zmian?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 27** : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o średnicach od 1,5 do 4,0 mm RBP: 14 bar dla średnic od 2,5-4,00 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 28** : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o RBP: 14 bar dla średnic od 2,5-4,00 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 27 cewników balonowych o RBP 14 atm (=14,19 bar) dla średnicy 3,0 mm.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 28 cewników balonowych o RBP 14 atm (=14,19 bar) dla średnicy 3,0 mm oraz przyrostem średnicy minimalnie większym niż wymagany tj. 0,37 mm.

Ad. 3 Zamawiający nie wymaga próbek od tych Wykonawców, którzy uczestniczyli w poprzednim postępowaniu przetargowym na dostawę stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki, sprawa nr AE/ZP-27-50/08, pod warunkiem, że we wznowionym postępowaniu - sprawa nr AE/ZP-27-73/08 będą oferowali ten sam produkt.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 cewników balonowych o ciśnieniu nominalnym 8 bar dla średnicy 3,0 mm i przyrostem średnicy przy RBP 0,38 mm dla średnicy 3,0 mm.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 cewników balonowych o średnicach od 1,5 do 4,0 mm RBP: 14 bar dla średnic od 2,5-4,00 mm

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 cewników balonowych o RBP: 14 bar dla średnic od 2,5-4,00 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a