



.....  
.....

**Znak: AE/ZP-27-76/08**

Tarnów, 2008-08-11

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz.1** : Czy Zamawiający dopuści zaciskacz pępowiny mikrobiologicznie czysty ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 7, 8, 17** : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.7, 8 i 17 z Pakietu ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 2** : Czy Zamawiający wymaga by łyżek do laryngoskopu światłowodowego o nr : 2, 3, 4, 5 było łącznie 10 sztuk, czy też oczekuje 10 kompletów po cztery łyżki o nr : 2, 3, 4, 5 (czyli łącznie 40 sztuk) ?
4. **Dotyczy pkt.XIV Ogólnych warunków umowy**: Prosimy o zmianę w zapisie Ogólnych warunków umowy na : „Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala jednak zmniejszenie to nie może przekroczyć 20% wartości umowy.”

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

- Ad. 1** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 11 poz. 1 zaciskacza pępowiny mikrobiologicznie czystego. Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ zaoferowany zaciskacz pępowiny winien być sterylny.
- Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.7, 8 i 17 z Pakietu Nr 21.
- Ad. 3** Zamawiający wymaga łącznie 10 sztuk łyżek do laryngoskopu światłowodowego w rozmiarach do wyboru nr : 2, 3, 4, 5.
- Ad.4** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a