



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-77/08

Tarnów, 2008-08-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę zestawu do monitoringu kardiologicznego wraz z dodatkowym okablowaniem sal chorych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy: Załącznika Nr 2.1 pkt. 6** Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego centralę z obserwacją 8 stanowisk i 2 fal dynamicznych?
2. **Dotyczy: Załącznika Nr 2.1 pkt. 10** - czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego centralę z trendami z 72 h. z rozdzielczością 30 sek.?
3. **Dotyczy: Załącznik nr 2.2 pkt. 7** - czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z trendami z 72 h. z rozdzielczością 30 sek.?
4. **Dotyczy: Załącznik nr 2.2 pkt. 15** - czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z tętnem obwodowym w zakresie 30-250 bpm?
5. **Dotyczy: Załącznik nr 2.2 pkt. 16** - czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z pomiarem automatycznym w zakresie 1-240 min.
6. **Dotyczy: Załącznik nr 2.3 pkt. 7** - czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z trendami z 72 h. z rozdzielczością 30 sek.?
7. **Dotyczy: Załącznik nr 2.3 pkt. 15** - czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z tętnem obwodowym w zakresie 30-250 bpm?
8. **Dotyczy: Załącznik nr 2.3 dot. pkt. 16** - czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z pomiarem automatycznym w zakresie 1-240 min.
9. **Dotyczy: Załącznik nr 2.4 pkt. 4** - czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z akumulatorem na 30 min. oraz wagą 8,5 kg.
10. **Dotyczy: Załącznik nr 2.pkt. 7** - czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z trendami z 72 h. z rozdzielczością 30 sek.?
11. **Dotyczy: Załącznik nr 2. pkt. 15** - czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z tętnem obwodowym w zakresie 30-250 bpm?
12. **Dotyczy: Załącznik nr 2.pkt. 16** - czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z pomiarem automatycznym w zakresie 1-240 min.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuści również centralę monitorującą z obserwacją 8 stanowisk i 2 fal dynamicznych

Ad. 2 Zamawiający nie dopuści centrali monitorującej z trendami z 72 h. z rozdzielczością 30 sek

Ad. 3 Zamawiający nie dopuści monitora funkcji życiowych – stacjonarnego z IBP z trendami z 72 h. z rozdzielczością 30 sek.

Ad.4 Zamawiający dopuści również monitor funkcji życiowych – stacjonarny z IBP z tętnem obwodowym w zakresie 30-250 bpm.

Ad. 5 Zamawiający dopuści również monitor funkcji życiowych – stacjonarny z IBP z pomiarem automatycznym w zakresie 1-240 min.

Ad. 6 Zamawiający nie dopuści monitora funkcji życiowych – stacjonarnego z trendami z 72 h. z rozdzielczością 30 sek

Ad.7 Zamawiający dopuści również monitor funkcji życiowych – stacjonarny z tętnem obwodowym w zakresie 30-250 bpm

Ad.8 Zamawiający dopuści również monitor funkcji życiowych – stacjonarny z pomiarem automatycznym w zakresie 1-240 min

Ad.9 Zamawiający nie dopuści monitora funkcji życiowych – stacjonarno-przenośnego z akumulatorem na 30 min. oraz wagą 8,5 kg

Ad.10 Zamawiający nie dopuści monitora funkcji życiowych – stacjonarno-przenośnego z trendami z 72 h. z rozdzielczością 30 sek.

Ad.11 Zamawiający dopuści również monitor funkcji życiowych – stacjonarno-przenośny z tętnem obwodowym w zakresie 30-250 bpm

Ad.12 Zamawiający dopuści również monitor funkcji życiowych – stacjonarno-przenośny z pomiarem automatycznym w zakresie 1-240 min.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a