



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-78/08

Tarnów, 2008-08-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1:** Czy Zamawiający dopuści nie o czasie wchłaniania do 80 dni, spełniając wszystkie pozostałe wymogi oraz parametry zestawów szewnych?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.4:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania igły plastikowej?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.6:** Czy Zamawiający dopuści zestaw szewny z nicią o długości 75 cm, pomimo przyjętej tolerancji, pozostałe parametry identyczne?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1:** Czy Zamawiający dopuści igłę 9 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.4:** Czy Zamawiający dopuści podwiązkę 250 cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz.5:** Prosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu.
7. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu dostarczenia próbek w Pakietach Nr 1-5 do każdej pozycji po 1 saszetce.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.19 i 23:** Czy Zamawiający dopuści podwiązki pakowane 12x45, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.6:** Czy Zamawiający dopuści nie o długości 75 cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz.1-4:** Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz.5:** Prosimy, aby Zamawiający wyłączył tę pozycję do osobnego Pakietu.
12. **Dotyczy Pakietu nr 1:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego syntetycznego wchłanianego plecionego, powlekanego o okresie wchłaniania 60-90 dni oraz okres podtrzymywania tkanek min. 28 dni?
13. **Dotyczy Pakietu 2 poz.1:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu syntetycznego polipropylenowego, igła okrągła 8 mm podwójnej 3/8 koła na nitce 75 cm?
14. **Dotyczy Pakietu nr 5:** Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje w tym Pakiecie były od jednego producenta?
15. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.12 :** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w tym punkcie : „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?
16. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.6 :** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w tym punkcie : „W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej, w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez

Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie , nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 nici o czasie wchłaniania do 80 dni, zgodnie z opisem zawartym w Formularzu Cenowym okres wchłaniania winien wynosić do 70 dni.
- Ad.2** Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 3 poz.4 igły plastycznej.
- Ad.3 i 9** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 poz.6 zestaw szewny z nicią o długości 75 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Ad.4** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 poz.1 igłę 9 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Ad. 5** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 poz.4 podwiązkę 250 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Ad. 6 i 11** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu Nr 5.
- Ad. 7** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wymogu dostarczenia próbek (po 1 saszetce) do każdej pozycji w Pakietach Nr 1 – 5.
- Ad.8** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 1 poz.19 i 23 konfekcjonowanie nici 12x45, w takiej sytuacji należy zaoferować odpowiednio w pozycji 19 - 214 saszetek i w poz.23 - 267 saszetek, pozostałe parametry zgodne z zapisem zawartym w Formularzu Cenowym.
- Ad.10** Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 5 poz.1-4 zaoferowania igieł okrągłych z ostrzem tnącym, zgodnych z opisem zawartym w Formularzu Cenowym.
- Ad.12** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 szwów chirurgicznych syntetycznych, wchłanianych plecionych, powlekanych o okresie wchłaniania 60-90 dni oraz okresie podtrzymywania tkanek min. 28 dni, zgodnie z opisem zawartym w Formularzu Cenowym okres wchłaniania winien wynosić do 70 dni.
- Ad.13** Zamawiający dopuści również w Pakiecie nr 2 poz.1 szew syntetyczny polipropylenowy, igła okrągła 8 mm, podwójna, 3/8 koła na nitce 75 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w Formularzu Cenowym, tj. jednowłóknowy, niewchłaniający szew jałowy, igła odporna na złamanie.
- Ad. 14** Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie pozycje w Pakiecie Nr 5 były od jednego producenta.
- Ad.15 i 16** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a