



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-79/08

Tarnów, 2008-08-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę defibrylatorów.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy: Załącznika Nr 2. 1** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o zakresie energii 200 J ?
2. **Dotyczy: Załącznika Nr 2. 1** - Czy Zamawiający będzie wymagał zintegrowanych łyżek wielorazowych dla dorosłych i dzieci?
3. **Dotyczy: Załącznika Nr 2. 1** - Prosimy o dopuszczenie do postępowania defibrylatora dwufazowego z regulacją prądu stymulacji od 0 do 150 mA, wykorzystującego nowoczesną niskoprądową technologię stymulacji impulsem prostokątnym o szerokości 40 ms.
4. **Dotyczy: Załącznika Nr 2. 1** Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z rejestratorem graficznym, termicznym o szerokości 50 mm?
5. **Dotyczy: Załącznika Nr 2. 2** - Czy zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o zakresie energii 200 J?
6. **Dotyczy: Załącznika Nr 2.1 oraz Załącznika Nr 2. 2** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy w zakresie wyboru energii 1-200 J?
7. **Dotyczy: Załącznika Nr 2.1 oraz Załącznika Nr 2. 2** - Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator, w którym ładowanie i wstrząs realizowane jest na łyżkach defibrylacyjnych a wybór energii realizowany jest przy pomocy pokrętła na panelu czołowym?
8. **Dotyczy: Załącznika Nr 2. 1 oraz Załącznika Nr 2. 2** - Czy Zamawiający dopuści defibrylator o energii defibrylacji do 200 J ?
9. **Dotyczy: Załącznika Nr 2.1 oraz Załącznika Nr 2. 2** – Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z ustawieniem energii defibrylacji tylko na płycie czołowej urządzenia przy zachowaniu pozostałych wymogów, czyli ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuści złożenie oferty w poz.1 Formularza Cenowego na nowoczesny defibrylator dwufazowy o zakresie energii 200 J.

Ad.2 Zamawiający wymaga zaoferowania w poz.1 Formularza Cenowego defibrylatora z zintegrowanymi łyżkami wielorazowymi dla dorosłych i dzieci.

Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz.1 Formularza Cenowego defibrylatora dwufazowego z regulacją prądu stymulacji od 0 do 150 mA, wykorzystującego nowoczesną niskoprądową technologię stymulacji impulsem

prostokątnym o szerokości 40 ms.

Ad. 4 Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz.1 Formularza Cenowego defibrylatora z rejestratorem graficznym, termicznym o szerokości 50 mm.

Ad. 5 Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz.2 Formularza Cenowego nowoczesnego defibrylatora dwufazowego o zakresie energii 200 J.

Ad.6 Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz.1 i 2 Formularza Cenowego defibrylatora dwufazowego w zakresie wyboru energii 1-200 J.

Ad.7 Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz.1 i 2 Formularza Cenowego nowoczesnego defibrylatora w którym ładowanie i wstrząs realizowane jest na łyżkach defibrylacyjnych, a wybór energii realizowany jest przy pomocy pokrętła na panelu czołowym.

Ad.8 Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz.1 i 2 Formularza Cenowego defibrylatorów o energii defibrylacji do 200 J

Ad.9 Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz.1 i 2 Formularza Cenowego urządzenia z ustawieniem energii defibrylacji tylko na płycie czołowej urządzenia przy zachowaniu pozostałych wymogów, czyli ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a