



.....
.....

AE/ZP-27-80/08

Tarnów, 2008-09-11

Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa AE/ZP-27-80/08

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 EURO na dostawy koncentratów do dializ zostało unieważnione.

Podstawa prawna unieważnienia

art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 6 Zamawiający ma obowiązek unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć. Przesłanki te, jak wskazuje linia orzecznicza Zespołów Arbitrów (np. UZP/ZO/0-143/05 – LEX nr 168184) mają charakter uznaniowy.

W orzecznictwie wskazuje się, że w zamówieniach dla potrzeb służby zdrowia należy szczególne znaczenie przyznać dostawom odpowiedniej jakości, gdyż właściwie prowadzenie procesu leczenia niewątpliwie leży w interesie publicznym (np. UZP/ZO/0-1372/05 – „biorąc pod uwagę okoliczności, że zamówienie dotyczy dostaw ratujących ludzkie życie interes ten jest tym bardziej dostrzegalny”).

W przedmiotowym postępowaniu, jak wynika z opinii Kierownika Stacji Dializ z dnia 2008.09.05 oraz Kierownika Apteki z dnia 2008.09.08 stwierdzono, że po przeprowadzonych próbach technicznych i ocenie konstrukcji kapsuły „Flexicart” ustalono, iż używanie ich stwarza ryzyko uszkodzenia plastikowych przebijaków uchwytu Bikart aparatu do hemodializy, jak również występują wycieki z dolnego uchwytu kapsuły, a w konsekwencji nie mogą być stosowane w aparatach Zamawiającego.

W takim stanie faktycznym wykonywanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, gdyż – wskutek możliwości uszkodzenia gniazd ramion uchwytu kapsuły i poważnego uszkodzenia aparatów do dializ – zagrożona byłaby ciągłość pracy Stacji Dializ.

Zamawiający nie mógł przewidzieć, że zaoferowane kapsuły stworzą niebezpieczeństwo uszkodzenia aparatów, a w konsekwencji jedynie unieważnienie postępowania i ponowne jego przeprowadzenie, z uszczegółowionym opisem przedmiotu zamówienia oraz badaniem próbek, zapewni możliwość dostaw właściwych kapsuł.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie ogłosi kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie określonego powyżej zadania.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
3. a/a