



Znak: AE/ZP-27-81/08

Tarnów, 2008-09-04

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboii.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści test arkuszowy Bowie-Dick na program parametrach 134⁰C i 3,5 minuty?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści tolerancję gramatury włókniny do - 10% o d wymaganego zakresu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 testów arkuszowych Bowie-Dick na program o parametrach 134⁰C i 3,5 minuty.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 2 tolerancję gramatury włókniny do 10 % ale od wymaganego zakresu wzwyż, oferowana włóknina musi mieć gramaturę mieszczącą się w przedziale 57 – 70 g/m².

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a