



AE/ZP-27-82/08

Tarnów, 2008-09-17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-82/08

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na **dostawy: strzykawek do ręcznego podawania kontrastu, zestawów do przezskórnego usuwania ciał obcych z naczyń, cewników balonowych angioplastycznych** dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrane zostały oferty następujących Firm:

AESCU LAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie w:
Pakiecie Nr 17

Cena wybranej oferty: **4.316,38** zł (słownie: cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 38/100), w tym cena netto: **4.034,00** zł (słownie: cztery tysiące trzydzieści cztery złote 00/100).

Pakiecie Nr 28

Cena wybranej oferty: **127.972,00** zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100), w tym cena netto: **119.600,00** zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100)

Medical Diagnostic System Sp. z o.o., ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa, woj. mazowieckie w:
Pakiecie Nr 19

Cena wybranej oferty: **4.798,95** zł (słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 95/100), w tym cena netto: **4.485,00** zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), siedzibę i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy	Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę
I	AESCU LAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie	Pakiety Nr: 17, 28
II	BALTON Sp. z o.o. - ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 28
III	COMESA Polska Sp. z o.o. - ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 28
IV	Medical Diagnostic System Sp. z o.o., ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 19

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Pakiet Nr 17

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Razem
Oferta Nr I	500,00	500,00

Pakiet Nr 19

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Razem
Oferta Nr IV	500,00	500,00

Pakiet Nr 28

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Liczba punktów w kryterium parametry techniczne	Razem
Oferta Nr I	400,00	100,00	500,00
Oferta Nr III	398,68	100,00	498,68

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 EURO na **dostawy: strzykawek do ręcznego podawania kontrastu, zestawów do przezskórnego usuwania ciał obcych z naczyń, cewników balonowych angioplastycznych**, iż:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w **Pakiecie Nr 28** ofertę złożoną przez **BALTON Sp. z o.o.** - ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa woj. mazowieckie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ oferowane w Pakiecie Nr 28 cewniki balonowe angioplastyczne do zabiegów standardowych winny mieć dla średnicy 3,0 mm ciśnienie nominalne równe lub poniżej 7 bar. Zgodnie z wymogiem pkt IV.19 SIWZ do oferty należało załączyć próbkę oferowanego przedmiotu zamówienia według wymagań określonych w Załączniku Nr 4 (Załączona do oferty próbka winna być oryginalnie zapakowana i oznaczona identycznie z oznaczeniami przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty). Według informacji umieszczonej na opakowaniu próbki cewnika załączonego do wymienionego Pakietu ciśnienie nominalne dla średnicy 3,0 wynosi 10 atm, czyli jest wyższy niż wymagane przez Zamawiającego, co oznacza że oferowane cewniki balonowe angioplastyczne nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ. W związku z powyższym oferta w wymienionym Pakiecie została odrzucona.

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a