



.....

Znak: AE/ZP-27-82/08

Tarnów, 2008-09-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy: strzykawk do ręcznego podawania kontrastu, zestawów do przezskórnego usuwania ciał obcych z naczyń, cewników balonowych angioplastycznych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 28.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w tym pakiecie cewników balonowych o ciśnieniu nominalnym 8 atm oraz RBP 14 atm? Pozostałe parametry bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 28.** Czy Zamawiający ze względu na dobra znajomość oraz fakt używania już cewników balonowych Wykonawcy w Pakiecie Nr 28 odstąpi od wymogu załączenia 1 próbki do oferty przetargowej.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 cewników balonowych o ciśnieniu nominalnym 8 atm oraz RBP 14 atm.

Ad. 2 Zamawiający nie wymaga próbek od tych Wykonawców, którzy uczestniczyli w poprzednim postępowaniu przetargowym na stawę stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki, sprawa AE/ZP-27-73/08 pod warunkiem, że w ogłoszonym postępowaniu – sprawa AE/ZP-27-82/08 będą oferowali ten sam produkt, a załączona do poprzedniego postępowania próbka nadal znajduje się w dyspozycji Zamawiającego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a