



Znak: AE/ZP-27-82/08

Tarnów, 2008-09-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy: strzykawkę do ręcznego podawania kontrastu, zestawów do przezskórnego usuwania ciał obcych z naczyń, cewników balonowych angioplastycznych.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o ciśnieniu nominalnym 8 bar dla średnicy 3,0 mm i przyrostem średnicy przy RBP o 0,38 mm dla średnicy 3,0 mm; pozostałe parametry bez zmian?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 cewników balonowych o ciśnieniu nominalnym 8 bar dla średnicy 3,0 mm i przyrostem średnicy przy RBP o 0,38 mm dla średnicy 3,0 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a