



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-83/08

Tarnów, 2008-09-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy : szwów chirurgicznych oraz materiałów wspomagających gojenie ran.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w punkt 8 ppkt. a, b wzoru umowy:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,1 % wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie więcej niż 10 % wartości nie dostarczonej dostawy.
b) 0,1 % zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości jednak nie więcej niż 10 % wartości wadliwego towaru.”
2. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w punkt 15 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:
„Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji.”
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 3 poz. 6 również nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4** - Czy Zamawiający odstąpi w Pakiecie Nr 3 poz. 4 od wymogu zaoferowania igły kosmetycznej ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 5 szew o maksymalnym czasie wchłaniania do 42 dni?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 5 poz. 2 również igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 5 poz. 3 igłę tnącą o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 5 poz. 5 i utworzy odrębny pakiet?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2-5** - Co Zamawiający rozumie w Pakiecie Nr 3 poz. 2-5 pod pojęciem igła plastyczna ?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1 dopuści igłę o długości 36 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 2 dopuści igłę o długości 45 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 3 dopuści igłę o długości 36 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

13. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 dopuści igłę o długości 45 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający z Pakietu Nr 5 wyłączy pozycję numer 5 i utworzy z niej osobny pakiet ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1-2 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.3 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 3 poz. 6 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian

Ad.4 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 3 poz. 4 zaoferowania igły plastycznej.

Ad.5 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 szew o maksymalnym czasie wchłaniania do 42 dni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ..

Ad.6 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 poz. 2 igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad.7 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 5 poz. 3 igłę tnącą o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad.8 i 14 Zamawiający nie wydzieli z Pakietu Nr 5 poz. 5.

Ad.9 Pod pojęciem igły plastycznej w Pakiecie Nr 3 poz. 2-5 Zamawiający rozumie igłę kosmetyczną do precyzyjnego szycia.

Ad.10 Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz.1 dopuści również igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad.11 Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 2 dopuści również igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad.12 Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 3 dopuści również igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad.13 Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 dopuści również igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a