

„KONKRET”*Dagmara Fik*

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 15A

tel. 056 692 02 10

NIP: 875-127-30-62, Regon: 340208830

Chełmno, 8 października 2008 r.

Zamawiający:**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie**

ul. Szpitalna 13

33 - 100 Tarnów

Wykonawca:**„KONKRET” Dagmara Fik**

Ul. Dworcowa 15A

86-200 Chełmno

Znak Zamawiającego: AE/ZP-27-85/08

Protest**wobec rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najlepszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne – przetarg nieograniczony na dostawę chirurgicznego stołu operacyjnego.**

W imieniu Wykonawcy, „KONKRET” Dagmara Fik, z siedzibą w Chełmnie, na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179, art. 89 ust. 1 pkt 2) oraz art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Pzp”), składam protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego, w toku postępowania o zamówienie publiczne – przetarg nieograniczony na dostawę chirurgicznego stołu operacyjnego – nr sprawy AE/ZP-27-85/08, tj.:

- 1) rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania poprzez wybór oferty firmy Kendromed Sp. z o. o., z naruszeniem art. 91 Pzp, jako oferty, która nie jest ofertą najkorzystniejszą, spośród złożonych w postępowaniu i podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp.

W związku z tym, że interes Wykonawcy doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2); oraz art. 91 ust. 1 Pzp, żądam:

- 1) uchylenia wyboru oferty firmy Kendromed Sp. z o. o.,
- 2) powtórzenia czynności oceny ofert i uznanie, że oferta Kendromed Sp. z o.o. pozostaje w sprzeczności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej specyfikacją) i podlega odrzuceniu,
- 3) wyboru oferty firmy „Konkret” Dagmara Fik z siedzibą w Chełmnie jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Wykonawca w dniu 3 października 2008 r. dowiedział się o rozstrzygnięciu przez Zamawiającego przedmiotowego postępowania, poprzez wybór oferty Kendromed Sp. z o. o., wobec czego protest jest złożony terminowo

Dyrektor Szpitala i Legnica

L. Konkrety
ul. Dworcowa 15A
86-200 Chełmno

KONKRET Dagmara Fik ; ul. Dworcowa 15a ; 86-200 Chełmno
tel. Dział Handlowy 056 692 02 20, tel/fax Centrala 056 692 02 10

www.konkret.net.pl; e-mail: konkret@konkret.net.pl

NIP: 875-127-30-62 ; REGON 340208830 ; Nr konta PKO BP S.A. 27 1020 5040 0000 6702 0089 6779

"KONKRET"
Dagmara Fik

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 15A
tel. 056 692 02 10
NIP: 875-127-30-62, Regon: 340208830

Uzasadnienie

Wykonawca, uczestniczy w postępowaniu przetargowym na dostawę chirurgicznego stołu operacyjnego.

W dniu 3 października 2008 r. Zamawiający poinformował uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu i wyborze oferty Kendromed Sp. z o. o., jako najkorzystniejszej.

Z tym stanowiskiem Zamawiającego Wykonawca nie może się zgodzić, albowiem oferta firmy Kendromed podlega odrzuceniu, albowiem oferowany stół nie spełnia wymogów zawartych w specyfikacji.

Wskazać należy, iż stół operacyjny chirurgiczny, oferowany przez firmę Kendromed, nie spełnia wielu wymogów ustalonych przez Zamawiającego.

1. Oferowany stół, firmy Medifa serii 5000 model 504 225, posiada przechyły boczne jedynie w zakresie 20 stopni, nie zaś 25 stopni jak wymagał Zamawiający. Firma Kendromed potwierdziła zakres przechyłów bocznych 25 stopni, pomimo, że takich nie posiada w zaoferowanym stole. Producent oferowanego stołu (Medifa) ,w materiałach ogólnodostępnych – w tym na swojej stronie WWW. potwierdza również zakres przechyłów bocznych jedynie 20 stopni. Należy zauważyć, że oferenci zadawali pytania o dopuszczenie stołu o przechyle 20 stopni (jak można się domyślać pytała o to firma Kendromed) – Zamawiający jednak odmówił dopuszczenia pomniejszonego parametru w zakresie przechyłów bocznych (odpowiedź na pyt. 12)

2. Zamawiający wymagał, aby dopuszczalne obciążenie stołu wynosiło minimum 150 kg. Tymczasem stół oferowany przez Kendromed, serii 5000 model 504 225, ma maksymalną nośność 150 kg (wg materiałów dostępnych na stronie internetowej tej firmy oraz w katalogach). Tym samym stół nie spełnia wskazanych w specyfikacji wymogów. Co więcej, wskazać należy, iż parametr ten ma kolosalne znaczenie w użytkowaniu stołu. Oznacza on bowiem nie tylko, że pacjent winien ważyć mniej niż 150 kg (co jest zazwyczaj wystarczające), ale przede wszystkim, iż producent deklaruje, iż stół jest bezpieczny i przeznaczony **tylko do sytuacji kiedy obciążenie nie przekracza tego parametru.**

W hipotetycznej sytuacji, kiedy podczas operacji ktoś się mocno oprze na stole (sytuacja w praktyce częsta i bardzo prawdopodobna), to w przypadku złamania blatu nikt nie będzie mógł mieć zastrzeżeń do producenta – on wskazał, że zabronił działać większą siłą. Wina zatem w takiej sytuacji byłaby po stronie używającego – szpitala. W zasadzie nikt z producentów stołów operacyjnych nie oferuje obecnie obciążalności tak niskiej – taka obciążalność jest dopuszczalna w prostych stołach zabiegowych. Na dzień dzisiejszy minimum zapewniane przez większość producentów to 200 kg.

Tym samym wymóg Zamawiającego jest logiczny i zrozumiały, natomiast maksymalna nośność stołu jest zbyt niska, by spełniać wymogi specyfikacji.

Wskazać zarazem należy, w odniesieniu do pkt 1 i 2, iż Kendromed Sp. z o.o. jest jedynie dystrybutorem stołu, a więc nie ma możliwości wprowadzenia modyfikacji w jego konstrukcji, tak aby spełniał on podane parametry. Firma Kendromed załączyła do oferty swój folder a nie producenta. Ponadto z dokumentów załączonych do oferty nie wynika, że producent w jakikolwiek sposób potwierdza te parametry lub upoważnia do wprowadzania zmian w swoich wyrobach firmę Kendromed.

[Signature]

KONKRET Dagmara Fik ; ul. Dworcowa 15a ; 86-200 Chełmno
tel. Dział Handlowy 056 692 02 20, tel/fax Centrala 056 692 02 10
www.konkret.net.pl; e-mail: konkret@konkret.net.pl

NIP: 875-127-30-62 ; REGON 340208830 ; Nr konta PKO BP S.A. 27 1020 5040 0000 6702 0089 6779

3. Zamawiający wymagał zaoferowania stołu wyposażonego w blat 6-segmentowy, w odpowiedziach na pytania oferentów, Zamawiający doprecyzował, iż nie dopuszcza do zaoferowania stołu z blatem złożonym z podglówka, podzielonego odcinka pleców, siedziska oraz dwóch podnóżków (łącznie 5 segmentów), albowiem oczekiwał blatu faktycznie 6-segmentowego, z podwójnym wypiętrzeniem. Firma Kendromed zaoferował stół z typowym blatem 5-segmentowym ale poprzez możliwość dzielenia segmentów nazwała go 6-segmentowym. Wybrany stół w taki blat nie jest wyposażony, co można sprawdzić w oryginalnych materiałach producenta. Zatem zgodnie z odpowiedzią na pyt. 10, powinien zostać odrzucony, jako niespełniający wymogów specyfikacji.

W przypadku gdyby Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania stołu z blatem 5-segmentowym, firma „Konkret” Dagmara Fik z całą pewnością w tej sytuacji zaoferowałaby stół z takim blatem, który jest o wiele mniej zaawansowany technologicznie i co za tym idzie o wiele tańszy.

W świetle powyższych argumentów i okoliczności jasne jest, iż oferta Kendromed nie spełnia wymogów specyfikacji, co winno skutkować jej odrzuceniem.

W celu sprawdzenia zgodności oferowanego sprzętu ze stanem faktycznym oraz aby rozwiązać Państwa wątpliwości przesyłam w załączeniu wydruk ze strony internetowej producenta oraz podaję jej adres : WWW.medifa.com

Informuję jednocześnie, że w przypadku, w którym Zamawiający nie uwzględni niniejszego oczywistego i obiektywnie weryfikowalnego protestu, konieczne stanie się skierowanie wniosku do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie przeprowadzenia przez Urząd Zamówień Publicznych kontroli przedmiotowego postępowania, a także zainteresowanie innych stosownych organów, w tym organu założycielskiego przebiegiem postępowania w tej sprawie i prawidłowością podejmowanych w nim decyzji.

„KONKRET”
Dagmara Fik

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 15A
tel. 056 692 02 10
NIP: 875-127-30-62, Regon: 340208830

W imieniu Wykonawcy

Dyrektor Szczepan i Logistyki

[Signature]
Łukasz Górecki
tel. 0 123 294 343

KONKRET Dagmara Fik ; ul. Dworcowa 15a ; 86-200 Chełmno
tel. Dział Handlowy 056 692 02 20, tel/fax Centrala 056 692 02 10
www.konkret.net.pl; e-mail: konkret@konkret.net.pl

NIP: 875-127-30-62 ; REGON 340208830 ; Nr konta PKO BP S.A. 27 1020 5040 0000 6702 0089 6779