



Znak: AE/ZP-27-85/08

Tarnów, 2008-09-22

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę chirurgicznego stołu operacyjnego.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny elektro-hydrauliczny, w którym kabel z pilota przewodowego jest długości 2000 mm?
2. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny elektro-hydrauliczny, którego regulacja podglówka regulowana jest w zakresie -20° do 50° ?
3. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny elektro-hydrauliczny, którego regulacja odchylenia podnóżków regulowana jest w zakresie -90° do 15° ?
4. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny elektro-hydrauliczny, z przesuwem wzdłużnym blatu 250 mm?
5. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania materac żelowy o wymiarach 1150x520x10 mm?
6. Czy Zamawiający w miejsce wymagań pkt. 15 Tabeli parametrów technicznych – chirurgiczny stół operacyjny, wprowadzi wymóg zaoferowania specjalistycznego podglówka przeznaczonego do wykonywania zabiegów na krtani (m.in. operacji tarczycy) regulowanego ręcznie w zakresie -70° do $+85^{\circ}$ z dodatkową możliwością regulacji góra/dół w zakresie od -75mm do 300 mm względem blatu stołu?
7. Czy Zamawiający dopuści matę grzewczą na stół, przezierną dla promieni RTG, o rozmiarze 70cm na 180cm, bez czujnika temperatury umieszczonego w macie, lecz nie rozgrzewający się do temperatury wyższej niż zadana?
8. Czy Zamawiający dopuści kontroler maty grzewczej bez możliwości podłączenia dwóch koców grzewczych, z płynną regulacją temperatury w zakresie 28°C - $40,7^{\circ}\text{C}$, bez wyświetlacza oraz bez alarmów wysokiej i niskiej temperatury?
9. Czy Zamawiający dopuści wykaz dostaw odpowiadający wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, lecz obejmujący sprzęt medyczny (m.in. stoliki opatrunkowe, szafki anestezjologiczne, szafy medyczne, medyczne stoły robocze)?
10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu 5-cio segmentowego do operacji ogólnie-chirurgicznych (czyli dwa podnóżki, siedzisko, zagłówek i oparcie pleców z podziałem)?
11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu o długości 2100 mm?
12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu, którego zakres przechyłów bocznych wynosi 20° (w prawo i w lewo)?
13. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu, którego zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków wspomaganą sprężyną gazową wynosi: -90° do 20° ?

14. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu bez panelu sterującego na kolumnie?
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materacy szwowych z funkcją pamięci kształtu, antystatyczne, demontowane wykonane z pianki, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych ?
16. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia określonego w art. XIV pkt. 1 SIWZ jako „jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie do 28 dni od daty obowiązywania umowy” na „jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie do 6 tygodni od daty obowiązywania umowy”.
17. Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia warunków art. XIV pkt. 10 SIWZ dotyczące kar umownych w ten sposób, że zmieni:
 - a) 0,1 % wartości zamówionego stołu za każdy dzień zwłoki, jeżeli stół nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
 - b) 0,1 % wartości zamówionego stołu – w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości.
18. W Zał. 2 pkt. 27 do SIWZ wymaga się od wykonawcy, aby w przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 7 dni roboczych dostarczył sprzęt zastępczy. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu zważywszy, że zainstalowanie sprzętu zastępczego jest znacznie utrudnione i podraża koszty oferty?
19. Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 3 Zamawiający wymaga zaoferowania stołu operacyjnego z podstawą stołu w kształcie litery „Y” ?
20. Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania stołu operacyjnego z podwójnymi kołami o średnicy min. 150 mm?
21. Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 4 Zamawiający wymaga by system blokowania kół był realizowany w sposób optymalnie zabezpieczający potrzeby Zamawiającego poprzez mechanicznie bądź elektromechanicznie wysuwany system nóżek?
22. Czy Zamawiający wymaga aby w czasie zabiegu stół posadowiony był na mechanicznie bądź elektromechanicznie wysuwanych nóżkach (nie na kołach) ?
23. Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 9 Zamawiający dopuści stół operacyjny o całkowitej szerokości blatu równej 580 mm?
24. Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 15 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z ręczną regulacją podglówka w zakresie +/- 55 stopni?
25. Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 16 Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z ręczną regulacją podnóżków w zakresie +/- 90 stopni?
26. Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 17 Zamawiający dopuści stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym wynoszącym 250mm?
27. Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt. 19 Zamawiający wymaga by blat pokryty był materacami bezszwowymi, antystatycznymi, piankowymi, zdejmowanymi, o właściwościach przewodzących o grubości min. 50 mm?
28. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu operacyjnego w którym realizacja ruchów blatu z panelu sterowania na kolumnie stołu jest zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność jednoczesnego naciśnięcia dwóch przycisków?

29. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu operacyjnego w którym istnieje możliwość montażu podglówka w miejscu podnóżka?
30. Czy Zamawiający dopuści stołu z regulacją wysokości w zakresie 740 -1040 mm?
31. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podglówka w zakresie -45° do +30°?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego elektro-hydraulicznego, w którym kabel z pilota przewodowego jest długości 2000 mm
- Ad.2** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego elektro-hydraulicznego, którego regulacja podglówka regulowana jest w zakresie -20° do 50°
- Ad.3** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego elektro-hydraulicznego, którego regulacja odchylenia podnóżków regulowana jest w zakresie -90° do 15°
- Ad.4** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego elektro-hydraulicznego, z przesuwem wzdłużnym blatu 250 mm.
- Ad.5** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania materaca żelowego o wymiarach 1150x520x10 mm.
- Ad.6** Zamawiający zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ wymaga zaoferowania chirurgicznego stołu operacyjnego z regulacją podglówka wspomaganą sprężyną gazową zakres minimum : -45° do 45°.
- Ad.7** Zamawiający nie dopuści zaoferowania maty grzewczej na stół, przezierniej dla promieni RTG, o rozmiarze 70cm na 180cm, bez czujnika temperatury umieszczonego w macie, nie rozgrzewający się do temperatury wyższej niż zadana.
- Ad.8** Zamawiający nie dopuści zaoferowania kontrolera maty grzewczej bez możliwości podłączenia dwóch koców grzewczych, z płynną regulacją temperatury w zakresie 28°C-40,7°C, bez wyświetlacza oraz bez alarmów wysokiej i niskiej temperatury.
- Ad.9** Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a także zapisami zawartymi w SIWZ podtrzymuje zapisy SIWZ w pkt.IV.14.Ocena dokumentów może zostać dokonana dopiero po złożeniu oferty i ewentualnych wyjaśnień, składanych w trybie art.87 ust.1 lub po wezwaniu do uzupełnienia oferty, zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Ad.10** Zamawiający nie dopuści zaoferowania stołu 5-cio segmentowego do operacji ogólnochirurgicznych (dwa podnóżki, siedzisko, zagłówek i oparcie pleców z podziałem).
- Ad.11** Zamawiający nie dopuści zaoferowania stołu o długości 2100 mm.
- Ad.12** Zamawiający nie dopuści zaoferowania stołu, którego zakres przechyłów bocznych wynosi 20° (w prawo i w lewo).
- Ad.13** Zamawiający nie dopuści zaoferowania stołu, którego zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków wspomaganą sprężyną gazową wynosi: -90° do 20°.
- Ad.14** Zamawiający nie dopuści zaoferowania stołu bez panelu sterującego na kolumnie.
- Ad.15** Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie materacy szwowych z funkcją pamięci kształtu, antystatyczne, demontowane wykonane z pianki, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.
- Ad.16** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia. Zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ termin realizacji zamówienia wynosi do 28 dni od daty obowiązywania umowy.

- Ad.17** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Ad.18** Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ dotyczący wstawienia stołu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych.
- Ad.19** Zamawiający zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ wymaga chirurgicznego stołu operacyjnego z podstawą stołu o ergonomicznym kształcie umożliwiającą wsunięcie stóp operatora.
- Ad.20** Zamawiający nie wymaga zaoferowania stołu operacyjnego z podwójnymi kołami o średnicy min. 150 mm.
- Ad.21** Zamawiający nie wymaga by system blokowania kół był realizowany poprzez mechanicznie bądź elektromechanicznie wysuwany system nóżek
- Ad.22** Zamawiający nie wymaga aby w czasie zabiegu stół posadowiony był na mechanicznie bądź elektromechanicznie wysuwanych nóżkach (nie na kołach).
- Ad.23** Zamawiający dopuści również stół operacyjny o całkowitej szerokości blatu równej 580 mm.
- Ad.24** Zamawiający zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ wymaga zaoferowania chirurgicznego stołu operacyjnego z regulacją podglówka wspomaganą sprężyną gazową zakres minimum : -45° do 45° .
- Ad.25** Zamawiający zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ wymaga zaoferowania chirurgicznego stołu operacyjnego z regulacją kąta odchylenia podnóżków wspomaganą sprężyną gazową w zakresie minimum : -90° do $+25^{\circ}$.
- Ad.26** Zamawiający nie dopuści zaoferowania stołu operacyjnego z przesuwem wzdłużnym wynoszącym 250mm.
- Ad.27** Zamawiający zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ wymaga zaoferowania chirurgicznego stołu operacyjnego z materacami segmentów blatu bezszwowymi, antystatycznymi, odejmowanymi, odpornymi na środki dezynfekujące.
- Ad.28** Zamawiający nie wymaga zaoferowania stołu operacyjnego w którym realizacja ruchów blatu z panelu sterowania na kolumnie stołu jest zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność jednoczesnego naciśnięcia dwóch przycisków.
- Ad.29** Zamawiający nie wymaga zaoferowania stołu operacyjnego w którym istnieje możliwość montażu podglówka w miejscu podnóżka.
- Ad.30** Zamawiający dopuści również stół z regulacją wysokości w zakresie 740 -1040 mm.
- Ad.31** Zamawiający nie dopuści stołu z regulacją podglówka w zakresie -45° do $+30^{\circ}$

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a