



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-86/08

Tarnów, 2008-09-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę operacyjnego aparatu RTG (ramię C).

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Zamawiający w załączniku nr 2 do specyfikacji „Wymagane parametry techniczne – Operacyjny aparat RTG (ramię C) 1 sztuka” w pkt. 9 wymaga, aby dostarczony aparat posiadał lampę dwuogniskową a następnie w pkt. 10 oraz 11 wymaga aby lampa dostarczonego aparatu posiadała odpowiednio 2 ogniska o rozmiarach 0,6 mm oraz 1,5 mm. Czy zamawiający dopuści aparat z lampą jednoogniskową o ognisku 0,6 mm?
2. Zamawiający w załączniku nr 2 do specyfikacji „Wymagane parametry techniczne – Operacyjny aparat RTG (ramię C) 1 sztuka” w pkt.63 wymaga minimum 8 metrowej długości kabli. Czy Zamawiający dopuści aparat o długości kabli 5 metrów?
3. Zamawiający w załączniku nr 2 do specyfikacji „Wymagane parametry techniczne – Operacyjny aparat RTG (ramię C) 1 sztuka” w pkt.47 wymaga interfejs użytkownika w języku polskim. Czy Zamawiający dopuści interfejs w języku angielskim?
4. Zamawiający w załączniku nr 2 do specyfikacji „Wymagane parametry techniczne – Operacyjny aparat RTG (ramię C) 1 sztuka” w pkt.67 wymaga, aby dostarczony aparat był serwisowany tak aby gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do podjęcia naprawy maksymalnie 48 godzin - dni robocze. Czy Zamawiający dopisze zapis dni robocze od poniedziałku do piątku?
5. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z prądem skopii pulsacyjnej min 6mA?
6. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem w pionie min 40 cm?
7. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z matrycą 1024 x 1024 -10 bitów?
8. Czy zamawiający dopuści do przetargu system z możliwością prezentacji na monitorze min 4 obrazów jednocześnie?
9. Czy Zamawiający dopuści L.p. zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego min. 43 cm?
10. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktu do SIWZ – „Oprogramowanie w języku polskim”
11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości zapisu na dysku twardym obrazów z sekwencji fluoroskopii z szybkością min. 3 obr./s ?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 2 pkt. 20** - Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalnym prądem fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej wynoszącymi 5,5 mA?
13. **Dotyczy Załącznika Nr 2 pkt. 60** - Czy Zamawiający dopuści aparat bez portu USB, lecz z możliwością nagrywania badań na dyskach CD/DVD?

14. **Dotyczy Ogólne warunki Umowy** - Czy Zamawiający rozszerzy zapis znajdujący się w części XIV do SIWZ „Ogólne warunki Umowy w pkt 6 o zapis: Czas przestoju w okresie gwarancji spowodowany awarią przedłuża bieg gwarancji o czas przestoju z powodu naprawy lub wymiany?
15. **Dotyczy Ogólne warunki Umowy** - Czy zamawiający zmodyfikuje zapis znajdujący się w części XIV do SIWZ ”Ogólne warunki umowy” w pkt 10 na zapis: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowy w wysokości:
- a) 0,1 % wartości zamówienia aparatu za każdy dzień zwłoki, jeżeli aparat nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za, które Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości 25 00 zł.
 - b) 0,1 % wartość zamówienia aparatu – w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości aparatu do wysokości 25 000 zł. Naliczenie kar umownych poprzedzone będzie pisemną propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad lub usunięcia uchybienia w inny sposób w terminie 7 dni.
16. **Dotyczy Ogólne warunki Umowy** - Czy zamawiający zmodyfikuje zapis znajdujący się w części XIV do SIWZ ”Ogólne warunki umowy” w pkt 15 na zapis: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z prawem do naliczenia kary umownej określonej w pkt 10 a, jeżeli zwłoka w dostarczeniu aparatu o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 7 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy, jeżeli pomimo pisemnego wezwania Wykonawca niezwłocznie nie usunął uchybienia i nie wykonał należycie wskazanego zobowiązania?
17. **Dotyczy Ogólne warunki Umowy** - Czy zamawiający zmodyfikuje zapis znajdujący się w części XIV do SIWZ ”Ogólne warunki umowy” w pkt 17 na zapis: Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Żadna ze stron nie odpowiada za utracone korzyści drugiej strony?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również aparat z lampą jednoogniskową o ognisku 0,6 mm.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuści kabla o długości 5 metrów.

Ad. 3

Zamawiający dopuści również interfejs w języku angielskim.

Ad. 4

Zamawiający w Załączniku nr 2 do specyfikacji „Wymagane parametry techniczne – Operacyjny aparat RTG (ramię C) 1 sztuka w pkt.67 dodaje zapis: przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do soboty.

Ad.5

Zamawiający dopuści również aparat z prądem skopii pulsacyjnej min 6mA.

Ad. 6

Zamawiający nie dopuści aparatu z ruchem w pionie min 40 cm.

Ad. 7

Zamawiający dopuści również do przetargu aparat z matrycą 1024 x 1024 -10 bitów.

Ad. 8

Zamawiający dopuści również do przetargu system z możliwością prezentacji na monitorze min 4 obrazów jednocześnie.

Ad. 9

Zamawiający dopuści również w L.p. 26 - zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego min. 43 cm.

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza aby opis oprogramowania był w języku polskim lub języku angielskim.

Ad. 11

Zamawiający dopuści również aparat bez możliwości zapisu na dysku twardym obrazów z sekwencji fluoroskopii z szybkością min. 3 obr./s.

Ad. 12

Zamawiający dopuści również aparat z maksymalnym prądem fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej wynoszącymi 5,5 mA.

Ad. 13

Zamawiający dopuści również aparat bez portu USB, lecz z możliwością nagrywania badań na dyskach CD/DVD.

Ad.14 -17

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a