



Znak: AE/ZP-27-88/08

Tarnów, 2008-09-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz filtrów wodnych do automatycznego urządzenia do mycia i dezynfekcji fiberoskopów typu WASH-master i papieru do drukarki do myjni.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1 - 2.** Czy Zamawiający wymaga aby cewniki były pakowane w wewnętrzne opakowanie – worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie typu folia -papier?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 3.** Czy dren Pezzer ma posiadać minimum 3 czy 4 boczne otwory drenujące?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga przewodnicy nylonowej?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 4.** Czy cewnik ma być skalowany 1 cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 5.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie uniwersalnej zatyczki o budowie schodkowej pasującej do małych i szerokich cewników?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 5.** Czy Zamawiający wymaga, by zatyczka była sterylna?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga, by worki do pomiaru diurezy godzinowej posiadały dren dwuświatłowy?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 3.** Czy w zestawie do godzinowej zbiórki moczu jedna z zastawek ma być umieszczona przy porcie do zbierania próbek w okolicy połączenia z cewnikiem?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wymaga aby cewniki oferowane w Pakiecie Nr 22 poz. 1 – 2 były w opakowaniach zapewniających sterylność wyrobu, dopuszcza ale nie wymaga aby były pakowane w wewnętrzne opakowanie – worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie typu folia -papier.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 4 drenów Pezzera z 3-4 otworami bocznymi.

Ad. 3 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 22 poz. 4 cewnika – drenu Pezzera z przewodnicą, natomiast dopuszcza ale nie wymaga aby przewodnica była nylonowa.

Ad. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 22 poz. 4 cewnika – drenu Pezzera skalowanego, natomiast dopuszcza ale nie wymaga aby był skalowany co 1 cm.

Ad. 5 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 22 po 5 zatyczek pasujących do cewników z poz. 1 - 2, jeżeli wymóg ten spełniają uniwersalne zatyczki o budowie schodkowej to Zamawiający wyraża zgodę na ich zaoferowanie.

Ad. 6 Zamawiający wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 22 poz. 5 zatyczki do cewników były sterylne.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, by oferowane w Pakiecie Nr 34 poz. 3 worki do pomiaru diurezy godzinowej posiadały dren dwuświatłowy.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w oferowanych w Pakiecie Nr 34 poz. 3 workach do godzinowej zbiórki moczu jedna z zastawek była umieszczona przy porcie do zbierania próbek w okolicy połączenia z cewnikiem. Zgodnie z opisem zawartym w Załączniku Nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga worków do pomiaru diurezy godzinowej z zabezpieczeniem przed cofaniem moczu z komory workowej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a