



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-95/08

Tarnów, 2008-10-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę sprzętu do rehabilitacji.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Załącznik Nr 2.7 : Prosimy o jednoznaczne określenie Czy Zamawiający chce kupić schody wyposażone w jeden ciąg schodów i pochylnię czy dwa ciągi schodów i podest ?

2. Dotyczy Załącznik Nr 2.39 : Czy Zamawiający dopuści aparat do krioterapii z czynnikiem chłodzącym w postaci dwutlenku węgla ?

3. Dotyczy Załącznik Nr 2.39 : Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy zestaw winien posiadać czynnik roboczy ciekły azot, a nie jak wyżej podano tlenek azotu ?

4. Dotyczy Załącznik Nr 2.7 : Czy Zamawiający dopuści schody rehabilitacyjne posiadające jeden bieg schodów, podest i pochylnię do zejścia o wymiarach :

Długość zestawu : 3500 mm

Szerokość zestawu: 800 mm

Wysokość zestawu : 1050 mm

Regulacja wysokości poręczy : 650 – 1050 mm

Rozstaw poręczy : 350-750 mm

Ilość stopni – 4 ?

5. Dotyczy Pakiet Nr 1 poz.2 : Czy Zamawiający dopuści stół spełniający wymagania Zamawiającego, ale o następujących parametrach:

- regulacja zagłówek w zakresie $+60^{\circ}/-60^{\circ}$,

- elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie 44-94cm za pomocą ramy umieszczonej wokół stołu, dostępnej z każdej jego strony,

- zakres regulacji części pod nogi $+70^{\circ}/-30^{\circ}$

- brak możliwości ustawienia części pod nogi w trzech płaszczyznach?

6. Dotyczy Pakiet Nr 1 poz.3 : Czy Zamawiający dopuści stół do masażu spełniający wymagania Zamawiającego, ale o następujących parametrach:

- zakres regulacji zagłówek $+60^{\circ}/-60^{\circ}$

- elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie 44-94cm za pomocą ramy umieszczonej wokół stołu, dostępnej z każdej jego strony,

- elektryczna regulacja części środkowej stołu w zakresie od 0° do 28°

- regulacja tylnej części stołu w zakresie od -30° do $+70^{\circ}$

- stopki bez możliwości regulacji wysokości,

- wymiary leżyska 2050mm x 670mm?

7. Dotyczy Pakiet Nr 1 poz.4 : Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny spełniający wymagania Zamawiającego, ale o następujących parametrach:

- zakres regulacji zagłówek $+60^0/-60^0$
- elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie 44-94cm za pomocą ramy umieszczonej wokół stołu, dostępnej z każdej jego strony ?

8. Dotyczy Pakiet Nr 3 poz.2 : Czy Zamawiający dopuści aparat do terapii ultradźwiękowej spełniający wymagania Zamawiającego, ale posiadający 2 głowice dwuczęstotliwościowe: 1/3 MHz 4cm²(4,1cm² przy 1MHz, 4,7cm przy 3MHz) oraz 1/3MHz 1cm² (1,9cm² przy 1MHz, 1,4cm² przy 3Mhz)? W zestawie leżanka o wymiarach 1894mm x 640mm x 700mm oraz stolik na kółkach pod aparat.

9. Dotyczy Pakiet Nr 3 poz.3 : Czy Zamawiający dopuści aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej z możliwością współpracy z aparatem do terapii podciśnieniowej spełniający wymagania Zamawiającego, ale nie posiadający prądów: Muscle i Kotz'a ale posiadający w zamian ponad 20 różnych rodzajów prądów? W zestawie leżanka o wymiarach 1894mm x 640mm x 700mm oraz stolik na kółkach pod aparat.

10. Dotyczy Pakiet Nr 7 poz.1 : Czy Zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego kończyn górnych, spełniającą wymagania Zamawiającego, ale o następujących parametrach:

- wykonana z wysokiej jakości akrylu
- 40 dysz (otworów bez możliwości regulacji kierunku),
- wymiary 920x950x900mm,
- elektroniczny panel sterowania umożliwiający ustawienie czasu trwania zabiegu oraz włączenia/wyłączenia pompy wodnej i napowietrzającej?

11. Dotyczy Załącznik Nr 2.14 : Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 2 kompletów okładów o niżej podanych rozmiarach : 34 x 28 cm, 28 x 20 cm, 58 x 28 cm, 53 x 18 cm ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 2 poz. 3 – Załącznik Nr 2.7 do SIWZ schodów rehabilitacyjnych wyposażonych w jeden ciąg schodów, podest i pochylnię.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 8 – Załącznik Nr 2.39 do SIWZ aparatu do krioterapii z czynnikiem chłodzącym w postaci dwutlenku węgla.

Ad. 3 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 8 – Załącznik Nr 2.39 do SIWZ czynnika roboczego - ciekły azot, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 poz. 3 – Załącznik Nr 2.7 do SIWZ schody rehabilitacyjne posiadające jeden bieg schodów, podest i pochylnię do zejścia o wymiarach :

Długość zestawu : 3500 mm

Szerokość zestawu: 800 mm

Wysokość zestawu : 1050 mm

Regulacja wysokości poręczy : 650 – 1050 mm

Rozstaw poręczy : 350-750 mm

Ilość stopni – 4

Ad.5 : Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.2 :

- dopuści również stół z regulacją zagłówek w zakresie $+60^0/-60^0$,
- dopuści również stół z elektryczną zmianą wysokości leżyska w zakresie 44-94cm, natomiast nie dopuści stołu z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy umieszczonej wokół stołu, dostępnej z każdej jego strony,

- nie dopuści stołu bez możliwości ustawienia części pod nogi w trzech płaszczyznach.

Ad 6. Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.3 :

- nie dopuści stołu do masażu z zakresem regulacji zagłówka $+60^0/-60^0$
- dopuści również stół do masażu z elektryczną zmianą wysokości leżyska w zakresie 44-94cm, natomiast nie dopuści stołu z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy umieszczonej wokół stołu, dostępnej z każdej jego strony,
- nie dopuści stołu do masażu z elektryczną regulacją części środkowej stołu w zakresie od 0^0 do 28^0
- dopuści również stół do masażu z regulacją tylnej części stołu w zakresie od -30^0 do $+70^0$
- nie dopuści stołu do masażu z stopkami bez możliwości regulacji wysokości,
- dopuści również stół do masażu z wymiarami leżyska 2050mm x 670mm.

Ad 7. Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.4 :

- nie dopuści stołu rehabilitacyjnego z zakresem regulacji zagłówka $+60^0/-60^0$
- dopuści również stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska w zakresie 44-94cm, natomiast nie dopuści stołu z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy umieszczonej wokół stołu, dostępnej z każdej jego strony.

Ad 8. Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz.2 nie dopuści aparatu do terapii ultradźwiękowej posiadającego 2 głowice dwuczęstotliwościowe: 1/3 MHz 4cm²(4,1cm² przy 1MHz, 4,7cm przy 3MHz) oraz 1/3MHz 1cm² (1,9cm² przy 1MHz, 1,4cm² przy 3Mhz) z leżanką o wymiarach 1894mm x 640mm x 700mm oraz stolikiem na kółkach pod aparat. Zamawiający podtrzymuje zapis w załączniku Nr 2.16 pozycja 6, 7 i 8.

Ad 9. Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz.3 nie dopuści aparatu do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej z możliwością współpracy z aparatem do terapii podciśnieniowej nie posiadającego prądów: Muscle i Kotz'a ale posiadającego w zamian ponad 20 różnych rodzajów prądów, z leżanką o wymiarach 1894mm x 640mm x 700mm oraz stolikiem na kółkach pod aparat.

Ad 10. Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz.1 :

- dopuści również wannę do masażu wirowego kończyn górnych wykonaną z wysokiej jakości akrylu
- dopuści również wannę do masażu wirowego kończyn górnych z 40 dyszami (otworami bez możliwości regulacji kierunku),
- nie dopuści wanny do masażu wirowego kończyn górnych o wymiarach 920x950x900mm,
- nie dopuści wanny do masażu wirowego kończyn górnych z elektronicznym panelem sterowania umożliwiającym ustawienie czasu trwania zabiegu oraz włączenia/wyłączenia pompy wodnej i napowietrzającej.

Ad 11. Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 poz.10 – Załącznik Nr 2.14 poz.6 do SIWZ 2 komplety okładów o rozmiarach : 34 x 28 cm, 28 x 20 cm, 58 x 28 cm, 53 x 18 cm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a