



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-09/09

Tarnów, 2009-02-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy: siatek do operacyjnego leczenia przepuklin, kaniul do artroskopii barku, kotwic do rekonstrukcji obróbka barkowego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 – 4.** Czy Zamawiający dopuści siatkę z polipropylenu monofilamentowego?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Co Zamawiający rozumie pod pojęciem siatki z polipropylenu monofilamentowego, ultralekkiej? Czy jest to siatka częściowo wchłanialna?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści siatkę o wymiarze 6 x 11 cm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści siatkę o wymiarze 30 x 30 cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 - 4.** Co Zamawiający rozumie pod pojęciem struktury miękkiej oraz twardej przy polipropyle wielowłóknowym?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści siatkę lekką częściowo wchłanianą monofilamentowych polipropylenu i poliglekaprону o wymiarze 10 x 12 cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści kaniule jednorazowe przezroczyste różnokolorowe z kranikiem odpustowym do kontroli przepływu płynów, o wymiarach 8 x 75 mm i 8 x 85 mm oraz z obturatorem?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie jednorazowych kaniul do artroskopii barku w rozmiarach 5,5 mm x 72 mm oraz kaniul 8,5 mm x 90 mm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści kotwicę spełniającą wszystkie wymagania z jedną zmianą - wymiar kotwicy 2,7 mm x 8,5 mm na jednorazowym aplikatorze, wymagającą instrumentarium dostarczonego przez firmę?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kotwicy tytanowej o średnicy 3 mm, wkręcanej, z nićmi niewchłanialnymi, na jednorazowym podajniku?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 – 4 siatek z polipropylenu monofilamentowego.

Ad. 2 Zamawiający pod pojęciem siatki z polipropylenu monofilamentowego, ultralekkiej rozumie siatkę niewchłanialną o gramaturze maksymalnie 37g/m².

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 siatki o wymiarze 6 x 11 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 siatki o wymiarze 30 x 30 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów.

Ad. 5 Zamawiający pod pojęciem struktury miękkiej oraz twardej przy polipropyle wielowłóknowym rozumie sztywność materiału zgodną z Polską Normą sztywności materiału wszczepialnego.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 5 siatki lekkiej częściowo wchłanialnej monofilamentowej polipropylenu i poliglekapronu o wymiarze 10 x 12 cm.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 również kaniuli jednorazowych przezroczystych różnokolorowych z kranikiem odpustowym do kontroli przepływu płynów, o wymiarach 8 x 75 mm i 8 x 85 mm oraz z obturatorem

Ad 8 Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w Pakiecie Nr 2 również jednorazowych kaniul do artroskopii barku w rozmiarach 5,5 mm x 72 mm oraz kaniul 8,5 mm x 90 mm.

Ad 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 również kotwicy spełniającej wszystkie wymagania z jedną zmianą - wymiar kotwicy 2,7 mm x 8,5 mm na jednorazowym aplikatorze, wymagającą instrumentarium dostarczonego przez firmę, pod warunkiem że cena oferty będzie zawierała wszystkie koszty jakie będzie musiał ponieść Zamawiający.

Ad 10 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 również kotwicy tytanowej o średnicy 3 mm, wkręcanej, z nićmi niewchłanialnymi, na jednorazowym podajniku, przy czym jeżeli wszczep wymaga zastosowania instrumentarium dostarczonego przez firmę to musi być ono dostarczone na czas zabiegu, a cena oferty musi zawierać wszystkie koszty jakie będzie musiał ponieść Zamawiający.

W związku z powyższym Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 20 lutego 2009 r. godz. 10⁰⁰, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2009 o godzinie 10¹⁰.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a