



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-100/09

Tarnów, 2009-11-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę ssaków dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika 2 poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści ssak operacyjny o przepływie 40 l/min?
2. **Dotyczy Załącznika 2 poz. 14** - Czy Zamawiający dopuści ssak operacyjny o sile ssania do 95 kPa?
3. **Dotyczy Załącznika 2 poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści ssak o maksymalnym przepływie minimum 50 l/min?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 2 poz. 13 ssaka operacyjnego o przepływie 40 l/min.

Ad. 2

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 2 poz. 14 ssak operacyjny o sile ssania od 0 do 95 kPa.

Ad. 3

Zamawiający nie dopuści w Załączniku Nr 2 poz. 13 ssaka o maksymalnym przepływie minimum 50 l/min.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a