



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-102/09

Tarnów, 2009-11-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy: odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych, testów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych i analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i odczytu lekowrażliwości mikroorganizmów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-4, 8-11.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności: min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5-7, 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności: min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6.2, 6.11.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności: min. 7 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6.6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności: min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 7.** Czy Zamawiający wymaga konfekcjonowania pasków w blistrach czy gąbkach, umożliwiających przechowywanie pasków w kontrolowanej temperaturze pokojowej?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 7.** Czy Zamawiający wymaga aby paski były plastikowe?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 7.** Czy Zamawiający wymaga aby paski posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka d/s lekowrażliwości?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, niezbędnych dla prawidłowej pracy analizatora, a co za tym idzie rozszerzenie tabeli cenowej o odpowiednią ilość wierszy?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego rodzaju krążków pochodzących od innego producenta niż wszystkie pozostałe.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** W związku z tym, że przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 1 jest również dzierżawa analizatora, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ogólnych warunków umowy, zapisów dotyczących warunków dzierżawy:

§ 1

1. Dostawy przedmiotu dzierżawy do miejsca instalacji, tj. laboratorium dokonuje Wydierżawiający w terminie do, na swój koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas transportu. Wydierżawiający pokrywa również koszty instalacji i szkolenia.
2. Z chwilą odbioru przedmiotu dzierżawy, wszelkie ryzyko związane z jego używaniem przechodzi na Dzierżawcę



3. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w Protokole Przekazania, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
4. Wyzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na okres miesięcy, licząc od dnia instalacji

§ 2

1. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy w miejscu wymienionym w pkt..... §.... Zmiana lokalizacji przedmiotu najmu jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Wyzierżawiającego
2. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.
3. Dzierżawca nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wyzierżawiającego.

§ 3

1. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do umówionego użytku.

§ 4

1. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie, w ciągu 30 dni od wystawienia przez Wyzierżawiającego faktury za miesiąc poprzedni na rachunek
2. Miesięczny czynsz wynosi netto zł

§ 5

1. Po zakończeniu umowy oraz w przypadku określonym w § ... Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym w terminie 7 dni. Zwrot zostanie potwierdzony przez Wyzierżawiającego w Protokole Odbioru
2. Dzierżawca odpowiada wobec Wyzierżawiającego za utratę i uszkodzenie przedmiotu dzierżawy wynikłe z jego winy
3. Dzierżawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnego terminu ważności odczynników oferowanych w Pakiecie Nr 3 poz. 1 -4 i 9, natomiast dopuszcza aby odczynniki oferowane w Pakiecie Nr 3 poz.: 8, 10, 11 posiadały minimalny termin ważności 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnego terminu ważności odczynników oferowanych w Pakiecie Nr 3 poz. 5-7 i 12.

Ad 3 Zamawiający dopuszcza aby odczynniki oferowane w Pakiecie Nr 6 poz.: 2, 11 posiadały minimalny termin ważności 7 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnego terminu ważności odczynników oferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 6.

Ad. 5 Zamawiający wymaga konfekcjonowania oferowanych w Pakiecie Nr 7 pasków w blistrach lub gąbkach, umożliwiających ich przechowywanie w kontrolowanej temperaturze pokojowej.

Ad. 6 Zamawiający wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 7 paski były plastikowe.

Ad. 7 Zamawiający wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 7 paski posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka d/s lekowrażliwości, którą przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.

Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę w Pakiecie Nr 1 materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, niezbędnych dla prawidłowej pracy analizatora, a co za tym idzie rozszerzenie tabeli cenowej o odpowiednią ilość wierszy. Materiały te winy być uwzględnione w cenie dzierżawy aparatu, która winna uwzględniać jego prawidłową pracę (Zapis w Załączniku Nr 2.1 do SIWZ pkt 15).

Ad. 9 Zgodnie z odpowiedzią z dnia 24 listopada br. Zamawiający podtrzymuje wymóg aby wszystkie krawki do antybiogramów zaoferowane w pakiecie Nr 4 pochodziły od jednego producenta.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.7, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. **W Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) przed słowami „Wymagany termin ważności ...” dodaje się zapis „Oferowane paski posiadają pozytywną opinię Krajowego Ośrodka d/s lekowrażliwości, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie”.** W załączeniu Załącznik Nr 1 po modyfikacji.

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert na :

- **składanie ofert do dnia 01.12.2009r godz. 10:50**

- **otwarcie ofert w dniu 01.12.2009r godz. 11:00**

W związku ze zmianą terminu składania ofert, działając na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a