



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-103/09

Tarnów, 2009-11-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych. dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 12** - Czy Zamawiający dopuści urządzenia współpracujące ze strzykawkami o pojemności: 10, 20, 30, 50/60 ml różnych producentów: krajowych i zagranicznych?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 12** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną jednostrzykawkową z możliwością stosowania strzykawek o objętościach: 10, 20, 30, 50 ml wszystkich producentów?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 14** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną jednostrzykawkową o możliwości programowania prędkości podaży w zakresie od 0.1 do 1000ml/h?
4. Czy Zamawiający będzie wymagał aby masa pompy nie przekroczyła 2,3 kg?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści pompę z ochroną przed porażeniem elektrycznym na poziomie niższym niż klasa II typ CF?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 19** - Czy Zamawiający wymaga przynajmniej 8 stopniowego programowania poziomu ciśnienia okluzji w minimalnym zakresie od 100 o 900 mmHg?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 26** - Czy Zamawiający wymaga aby zapisane w bibliotece leki były powiązane z protokołami infuzji oraz miękkimi i twardymi granicami prędkości infuzji?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 2** - Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku deklarowania pierwszej cyfry charakterystycznej w kodzie IP jako nieistotnej dla odporności na działanie wody ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 2 poz. 12 urządzenia współpracujące ze strzykawkami o pojemności: 10, 20, 30, 50/60 ml różnych producentów: krajowych i zagranicznych.



Ad.2

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 2 poz. 12 wysokiej klasy pompę infuzyjną jednostrzykawkową z możliwością stosowania strzykawek o objętościach: 10, 20, 30, 50 ml różnych producentów: krajowych i zagranicznych.

Ad.3

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 2 poz.14 wysokiej klasy pompę infuzyjną jednostrzykawkową o możliwości programowania prędkości podaży w zakresie od 0.1 do 1000ml/h.

Ad. 4

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza pompę o masie nie przekraczającej 2,3 kg.

Ad. 5

Zamawiający dopuści również pompę z ochroną przed porażeniem elektrycznym na poziomie nie niższym niż klasa I, typ BF.

Ad. 6

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w załączniku Nr 2 poz. 19 przynajmniej 8 stopniowe programowanie poziomu ciśnienia okluzji w minimalnym zakresie od 100 do 900 mmHg.

Ad. 7

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w Załączniku Nr 2 poz. 26 aby zapisane w bibliotece leki były powiązane z protokołami infuzji oraz miękkimi i twardymi granicami prędkości infuzji.

Ad. 8

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 2 poz. 2 urządzenia o stopniu ochrony co najmniej IP11.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a