



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-105/09

Tarnów, 2009-12-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę systemu uzdatniania wody na potrzeby apteki szpitalnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 15** - Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz bez opcji : wyświetlane informacje m.in informacja o czasie pracy podzespołów wymiennalnych ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuści systemu bez wyświetlanej informacji o czasie pracy podzespołów wymiennalnych

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a