

Wymagane i oferowane parametry systemu uzdatniania wody na potrzeby apteki szpitalnej -1 sztuka

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Oferowane parametry (Podać zakres, opisać)
1.	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2009	
2.	Zasilanie 230V/50Hz	
3.	Woda zasilająca - wodociąg miejski ciśnienie min..2 atm.	
4.	Filtracja mechaniczna	
5.	Filtr węglowy	
6.	System odwróconej osmozy	
7.	Wymiana jonowa	
8.	Filtracja powietrza w zbiorniku filtrem min. 0,22um	
9.	System ciągłej recyrkulacji wyprodukowanej i magazynowanej w zbiorniku wody wraz z lampą ultrafioletową przepływową	
10.	Ciągły pomiar parametrów jakościowych wyprodukowanej i zmagazynowanej wody	
11.	Zbiornik min. 35 l	
12.	Wytworzona woda ma spełniać wymagania zawarte w Farmakopei Polskiej VIII w monografii Aqua Purificata – woda oczyszczona produkcyjna	
13.	Możliwość wykonania pełnej dezynfekcji wewnętrznej, podać sposób realizacji	
14.	Komunikacja z użytkownikiem poprzez wyświetlacz	
15.	Wyświetlane informacje min.: - parametry jakościowe wyprodukowanej wody - stan pracy - czas pracy podzespołów wymiennalnych - informacja o nieprawidłowej pracy (alarm)	
16.	Wbudowane złącze RS 232 lub USB w celu komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi	
17.	Wydajność urządzenia min. 7 l/godzinę	
	Pozostałe wymagania	Podać
18.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
19.	Dostawa i uruchomienie systemu do dnia 31 grudnia 2009r	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

20.	Odbiór końcowy urządzenia nastąpi po otrzymaniu przez Szpital pozytywnego orzeczenia o wyniku badań jakościowych wyprodukowanej wody przeprowadzonych przez Laboratorium Kontroli Jakości Leków. W przypadku negatywnego wyniku badań dostawa będzie potraktowana jako nie spełniająca warunków umowy.	
20.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	
21.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	
22.	Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 7 dni roboczych.	
25.	Szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego	
23.	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do zapewnienia urządzenia zastępczego	
24.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty