



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-106/09

Tarnów, 2009-12-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Prosimy o dopuszczenie rurki tracheotomijnej fenestacyjnej firmy Portex, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankieta, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, zespolony łącznik 15 mm oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami wielorazowymi (jedną zwykłą i jedną fenestacyjną) opaską i szczoteczką do czyszczenia, sterylna, rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Prosimy o dopuszczenie rurki ustno-gardowej firmy Portex z blokadą antyagryzycyjną, z cyfrowym oznaczeniem rozmiaru, rozmiar: 00/5 cm, 0/6 cm, 1/7 cm, 2/9 cm, 3/10 cm, 4/11 cm, sterylna.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Prosimy o dopuszczenie prowadnicy intubacyjnej firmy Portex do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 2,0 mm/22,5 cm – do rurek 2,5 – 4,5 mm; 4,0 mm/33,5 cm – do rurek 5,0 – 8,0 mm; 5,0 mm/36,5 cm – do rurek 8,5 – 11,5 mm.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Prosimy o wydzielenie jako osobną pozycję pojemnik z wodą do nawilżacza.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga uchwytu do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonanego z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwą klejącą, posiadającego sztywną część unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek intubacyjnych zbrojonych w opakowaniach po 10 sztuk zgodnie z wielkością opakowania zbiorczego wynoszącego 10 sztuk
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia zestawu do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego pakowanego po 50 sztuk zgodnie z wielkością opakowania zbiorczego wynoszącego 50 sztuk.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4 innej rurki tracheotomijnej typ FEN niż opisana w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy).

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 5 innej rurki ustno-gardłowej GUEDEL niż opisana w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy).

Ad 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 6 przewodnicy intubacyjnej firmy Portex do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylnej, rozmiary: 2,0 mm/22,5 cm – do rurek 2,5 – 4,5 mm; 4,0 mm/33,5 cm – do rurek 5,0 – 8,0 mm; 5,0 mm/36,5 cm – do rurek 8,5 – 11,5 mm.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 9 do osobnego pakietu.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w Pakiecie Nr 2 uchwytu do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu, wykonanego z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwą klejącą, posiadającego sztywną część unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 rurek intubacyjnych zbrojonych w opakowaniach po 10 sztuk zgodnie z wielkością opakowania zbiorczego wynoszącego 10 sztuk.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 8 zestawu do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego pakowanego po 50 sztuk zgodnie z wielkością opakowania zbiorczego wynoszącego 50 sztuk.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a